

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO

Estudo Técnico Preliminar 142/2026

1. Informações Básicas

Número do processo: 23091.000676/2026-59

2. Descrição da necessidade

A presente contratação tem por finalidade atender às necessidades da UFERSA, mediante a **aquisição de material hospitalar e farmacológico**.

Essa aquisição se mostra necessária, pois a ausência desses materiais pode impactar diretamente na rotina hospitalar e na realização de procedimentos clínicos, cirúrgicos e ambulatoriais. Além disso, os materiais serão utilizados durante a realização de aulas práticas e pesquisas científicas em diversas áreas, nos mais diversos laboratórios, garantindo assim, a qualidade da formação dos discentes e cumprimento dos objetivos pedagógicos e científicos dos cursos vinculados às áreas requisitantes deste processo.

3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
Campus Caraúbas	KALIDJA SIBERIA DA SILVA DUARTE
Centro de Ciências Agrárias	JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CUNHA
Centro de ciências biológicas e da saúde	NAELDSO EXPEDITO ALVES DA SILVA
Centro de ciências exatas e naturais	LEONARDO AUGUSTO CASILLO
Centro de engenharias	ALBERLAN FERNANDES DA SILVA
Centro multidisciplinar - Angicos	ISABEL CAROLINA BEZERRA VIEIRA
Centro multidisciplinar - Pau dos Ferros	FRANCISCO TONY ERICK GERMANO
Hospital veterinário - HOVET	JEFFERSON FILGUEIRA ALCINDO
Pró-reitoria de assuntos estudantis - PROAE	MAYARA WENICE ALVES DE MEDEIROS
Superintendência de infra-estrutura	GILDSON SILVA MEDEIROS AQUINO

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Os requisitos indispensáveis para que o objeto atenda às demandas da UFERSA estão descritos no “Relatório dos Materiais” (em anexo), devendo os materiais estar de acordo com as especificações requisitadas.

Além dos requisitos legais previstos para as contratações públicas, é essencial que o fornecedor possua atividade econômica compatível com o objeto pretendido pela Administração e capacidade para atender à demanda em termos de quantidade, qualidade e condições de fornecimento. Adicionalmente, deverão ser observados os critérios e as práticas de sustentabilidade aplicáveis à contratação, em conformidade com as orientações do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis.

5. Levantamento de Mercado

Para os materiais a serem adquiridos, existe um grande número de fornecedores e de marcas no mercado nacional, que oferecem produtos dentro das especificações solicitadas. Para adquirir o bem com as características necessárias e desejadas pela UFERSA, existem três possibilidades de aquisição:

1. Realização de Licitação

2. Adesão a ata de registro de preço

3. Realização de Dispensa

6. Descrição da solução como um todo

A solução consiste na aquisição, por meio de **Pregão Eletrônico, com adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP)**, de material hospitalar e farmacológico, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidos nos documentos que compõem a contratação.

A contratação compreenderá o fornecimento dos materiais e, quando previsto nas especificações de cada item, todos os acessórios, componentes e materiais necessários à sua adequada utilização. Dessa forma, busca-se assegurar que os objetos sejam entregues em condições adequadas de funcionamento e utilização, sem a necessidade de contratações complementares.

A adoção do Sistema de Registro de Preços permitirá o atendimento das necessidades da Administração de forma parcelada, conforme a demanda e a disponibilidade orçamentária, proporcionando maior flexibilidade na aquisição dos itens e evitando a formação de estoques desnecessários.

Os materiais possuem especificações passíveis de definição objetiva no instrumento convocatório, permitindo a realização de disputa entre fornecedores e a seleção das propostas que atendam aos requisitos de qualidade, desempenho, funcionalidade e demais condições estabelecidas pela Administração.

Assim, a solução contempla o fornecimento dos materiais previstos, juntamente com os acessórios expressamente vinculados a cada item, quando aplicáveis, em conformidade com as especificações técnicas, quantitativos, prazos, condições de entrega e demais requisitos definidos no Termo de Referência, de modo a assegurar o atendimento adequado das necessidades institucionais relacionadas às atividades laboratoriais e acadêmicas.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

As quantidades a serem adquiridas foram baseadas nas necessidades da UFERSA, tendo como base as demandas registradas no planejamento anual de compras das unidades. A seleção do material a ser adquirido, suas quantidades, bem como a sua descrição, ficaram a cargo dos requisitantes, por meio de planejamento prévio feito via Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos - SIPAC. Dessa forma o "Relatório dos Materiais a serem licitados" do SIPAC, em anexo, informa o quantitativo para cada item.

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 479.293,45

A estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais e dos documentos que lhe dão suporte, está descrita no DFD. Entretanto, uma pesquisa de preços definitiva será conduzida pela Divisão de Aquisição de Materiais e Serviços - DMS, afim de se conseguir o valor estimado final da contratação.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

Não há necessidade de parcelamento.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes necessárias à execução da solução pretendida.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A aquisição está alinhada com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Universidade e devidamente prevista e registrada no Plano de Contratações Anual (PCA), por meio do Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações (sistema PGC).

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Com a contratação, pretende-se alcançar os seguintes benefícios:

- disponibilizar materiais para dar suporte às atividades desenvolvidas no laboratório, ampliando os recursos disponíveis para o ensino, pesquisa e demais atividades institucionais;
- melhorar as condições de trabalho e utilização dos ambientes acadêmicos e laboratoriais por docentes, discentes, técnicos administrativos e demais usuários;
- contribuir para a manutenção e modernização dos bens de consumo da UFERSA, proporcionando ambientes mais adequados ao desenvolvimento das atividades institucionais.

13. Providências a serem Adotadas

Não são previstas providências necessárias à contratação.

14. Possíveis Impactos Ambientais

A contratação poderá ocasionar impactos ambientais relacionados principalmente à geração de resíduos decorrentes das embalagens e utilização dos bens adquiridos.

Como medidas de mitigação, deverão ser observadas práticas de redução, reutilização e reciclagem dos resíduos sempre que possível, bem como o adequado acondicionamento, armazenamento e destinação dos materiais. A contratada deverá observar, ainda, as exigências ambientais aplicáveis ao fornecimento dos materiais previstos na contratação.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

15.1. Justificativa da Viabilidade

A contratação mostra-se viável, considerando que os materiais atendem às necessidades institucionais, possuem especificações objetivamente definíveis e podem ser adquiridos por meio de Pregão Eletrônico, garantindo competitividade e adequada execução da contratação.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

FRANCISCO HELDER ALVES PRAXEDES JUNIOR

Equipe de apoio



Assinou eletronicamente em 07/10/2026 às 10:28:49.

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - Relatório dos itens com as requisições.pdf (2.86 MB)



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS
 EMITIDO EM 01/10/2026 13:55



RELATÓRIO DOS ITENS COM AS REQUISIÇÕES

Licitação: 23091.000676/2026-59 - PR 0/2026 - UFERSA

Gestora: 1100 - UFERSA

Assunto: PCA 2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR E FARMACOLÓGICO ATRAVÉS DO PREGÃO Nº.: 90004/2026

Tipo: MATERIAIS

Status: SETOR DE COMPRAS - EM ANÁLISE - SETOR COMPRAS

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
Requisição	Unidade Unidade Gestora								
1 3010000000105	PACOTE	--	--	--	54	0	54	--	--
ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA - 100 UNIDADES									
Características Gerais: Abaixador de língua; Material: Madeira; Descartável; Indicado para facilitar o exame de boca, garganta e órgãos circunvizinhos; Superfícies e bordas lisas; Embalagem com 100 unidades. CATMAT: 629305.									
174/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			50				
309/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS			4				
2 3036000000492	UNIDADE	--	--	--	10	0	10	--	--
AFASTADOR FARABEUF - 15 CM									
Características Gerais: Instrumento cirúrgico não articulado e não cortante. Utilizado para afastar tecido em diversos tipos de cirurgia. Fabricado em aço inoxidável AISI-420. Medindo aproximadamente 1,5 x 15 cm (Extra). Embalado de forma individual em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade normas da ABNT. Deve constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA. Garantia mínima de 10 anos a contar a partir da data de entrega. Similar ao modelo Afastador Farabeuf - Stark - 15 x 150 mm Extra. CATMAT: 474122.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			10				
3 3036000000493	UNIDADE	--	--	--	10	0	10	--	--
AFASTADOR FARABEUF - 18 CM									
Características Gerais: Instrumento cirúrgico não articulado e não cortante. Utilizado para afastar tecido em diversos tipos de cirurgia. Fabricado em aço inoxidável AISI-420. Medindo aproximadamente 2,0 x 18 cm (Extra Grande). Embalado de forma individual em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade normas da ABNT. Deve constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA. Garantia mínima de 10 anos a contar a partir da data de entrega. Similar ao modelo Afastador Farabeuf - Stark - 20 x 180 mm Extra Grande. CATMAT: 474124.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			10				
TOTAL LICITADO:									R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
4 3036000000560	CAIXA	--	--	--	15	0	15	--	--
	AGULHA DE ACUPUNTURA - 25 X 30 MM								
	Características Gerais: Agulha para acupuntura; Cabo espiral inox; Esterilizada e com mandril de plástico; Dimensões: 25 x 30 mm; Caixa com 1000 unidades; Material Similar ao da marca Dong Bang. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 378432.								
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			15				
5 3011000000574	FRASCO	--	--	--	490	0	490	--	--
	ÁLCOOL 70% INPM - 1 L								
	Características Gerais: Álcool 70% INPM; aspecto físico: líquido límpido, incolor, transparente, volátil; inflamável, de odor característico e sabor ardente; teor alcoólico: 68° gl a 72° gl; ph: 5,5 a 8,0; condutividade: máximo 5 µs/cm; acidez: máximo 0,9 ml de NaOH 0,02 m; limite de resíduos: máximo 1 mg; solubilidade: miscível com água; número de referência química: CAS 64-17-5. Frasco com 1 l. O produto deve vir acompanhado da sua FISPQ. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 269941.								
56/2026	11010011	CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS			30				
92/2026	11010010	CENTRO DE ENGENHARIAS			5				
180/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			300				
306/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS			5				
345/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO			150				
6 3011000000086	FRASCO	--	--	--	542	0	542	--	--
	ÁLCOOL ETÍLICO - 70 % - 5 L								
	Características Gerais: Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70% (70°Gl), apresentação líquido. Frasco com 5 L. O produto deve vir acompanhado da sua FISPQ. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 269941.								
92/2026	11010010	CENTRO DE ENGENHARIAS			12				
180/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			530				
7 3011000000522	Litro	--	--	--	234	0	234	--	--
	ÁLCOOL ETÍLICO - 96° - 1 L								
	Características Gerais: Álcool etílico; aspecto físico: de cereais, hidratado, líquido límpido, incolor; teor alcoólico mínimo: 96° gl; fórmula química: C ₂ H ₅ OH; peso molecular: 46,07 g/mol; grau de pureza mínima: 93%; INPM; número de referência química: CAS 64-17-5. Frasco com 1 Litro. Produto controlado pela polícia federal. O produto deve vir acompanhado da sua FISPQ. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 346632.								
56/2026	11010011	CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS			24				
87/2026	11012319	CENTRO MULTIDISCIPLINAR - ANGICOS			6				
92/2026	11010010	CENTRO DE ENGENHARIAS			4				
180/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			200				
8 30350000001304	Litro	--	--	--	512	0	512	--	--
								TOTAL LICITADO:	R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
ÁLCOOL ETÍLICO ABSOLUTO - 99,5 % - 1 L									
Características Gerais: Álcool etílico absoluto p.a. acs; aspecto físico: líquido límpido, incolor, volátil; teor alcoólico mínimo: 99,5% gl; fórmula química: C ₂ H ₅ OH; peso molecular: 46,07 g/mol; grau de pureza mínima: 99,7%; p/p INPM; característica adicional absoluto; número de referência química: CAS 64-17-5. Frasco com 1 l. Grau de pureza: 97,9%-100%. Produto controlado pela polícia federal. O produto deve vir acompanhado da sua FISPQ. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 357239.									
56/2026	11010011	CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS			143				
57/2026	11010011	CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS			10				
85/2026	110129	CAMPUS CARAUBAS			40				
87/2026	11012319	CENTRO MULTIDISCIPLINAR - ANGICOS			4				
92/2026	11010010	CENTRO DE ENGENHARIAS			50				
94/2026	11010010	CENTRO DE ENGENHARIAS			14				
179/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			30				
180/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			200				
215/2026	11013612	CENTRO MULTIDISCIPLINAR - PAU DOS FERROS			1				
269/2026	11010008	CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS			20				
9301100000654	UNIDADE	--	--	--	100	0	100	--	--
ÁLCOOL ETÍLICO GEL - 70° - 1 L									
Características Gerais: Álcool etílico (etanol) tipo hidratado, aplicação em limpeza de ambientes administrativos e higiene pessoal; aspecto físico: gel, aparência límpida, isento de partículas; concentração: 70° inpm; composto quimicamente por benzoato de denatônio e água, com bactericida; certificado INMETRO e norma ABNT NBR 5991; registro no Ministério da Saúde certificado ANVISA. Frasco com 1 l. Similar a marca Brilux. O produto deve vir acompanhado da sua FISPQ. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 429225.									
180/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			100				
10301800000080	Litro	--	--	--	5	0	5	--	--
ÁLCOOL METÉLICO 99,8% - 1 L									
Características Gerais: Álcool metílico; Aspecto físico líquido límpido, incolor, odor característico; Fórmula química: ch ₃ oh; Peso molecular 32,04 g/mol; Grau de pureza mínima de 99,8%; Característica adicional reagente p.a. Acs iso, número de referência química CAS 67-56-1. Frasco com 1.000 ml. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 348266.									
176/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			5				
113036000000591	EMBALAGEM	--	--	--	49	0	49	--	--
ALGODÃO ROLETE									
Características Gerais: Algodão rolete; fabricado em 100% fibras de algodão; possui formato cilíndrico; pode ser esterilizado em gás (óxido de etileno) ou também em raio gama. Registro na ANVISA. Apresentação: embalagem com 100 unidades. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 628477.									
60/2026	11010011	CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS			5				
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			6				
324/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS			38				
TOTAL LICITADO:									R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
Requisição	Unidade Unidade Gestora								
12 3036000000432	UNIDADE	--	--	--	4	0	4	--	--
AMBU COM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO ADULTO - BALÃO COM 1800 ML									
Características Gerais: Fabricado em silicone e livre de látex, possui válvula unidirecional transparente com membrana de segurança. Auto inflável com "pop off" e balão em silicone. Formato anatômico proporciona uma excelente vedação. Tamanho adulto: volume do balão de 1800 mL, volume de entrega 1050 ml, reservatório 2700 mL, resistência expiratória/inspiratória 2 cm H2o/3 cm H2O, espaço morto menor que 7 ml e limitador de pressão 40 ou 60 cm H2O. Similar ao modelo Reanimador Manual MD Adulto de Silicone Completo. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 478695.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			4				
13 3036000000433	UNIDADE	--	--	--	4	0	4	--	--
AMBU COM RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO INFANTIL - BALÃO COM 550 ML									
Características Gerais: Fabricado em silicone e livre de látex, possui válvula unidirecional transparente com membrana de segurança. Auto inflável com "pop off" e balão em silicone. Formato anatômico proporciona uma excelente vedação. Tamanho infantil: volume do balão de 550 mL, volume de entrega 320 ml, reservatório 2700 mL, resistência expiratória/inspiratória 2 cm H2o/3 cm H2O, espaço morto menor que 7 ml e limitador de pressão 40 cm H2O. Similar ao modelo Reanimador Manual MD Pediátrico de Silicone Completo. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 478695.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			4				
14 3009000000077	FRASCO	--	--	--	100	0	100	--	--
ANALGÉSICO TÓPICO (SPRAY) - 120 ML									
Características Gerais: Analgésico tópico (spray); Princípio ativo: salicilato de metila, mentol, cânfora; Cada ml da solução aerossol contém: Salicilato de metila - 0,0333mL; Cânfora - 0,0333g; Mentol - 0,0083g; Veículo - 1,00mL; Veículo: terebintina, essência de mostarda, essência de alfazema, álcool etílico e butano. Indicado para o tratamento exclusivamente tópico dos sintomas do reumatismo, nevralgias (dor intensa na região da lesão envolvendo nervos), torcicolos (enrijecimento dos músculos do pescoço), contusões e dores musculares; Aerosol com 120 mL; Validade mínima de 16 meses no momento da entrega. CATMAT: 317787.									
316/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS			100				
15 3036000000723	UNIDADE	--	--	--	300	0	300	--	--
ATADURA CREPOM 13 FIOS 6 X 180CM									
CARACTERÍSTICAS GERAIS: Atadura material crepom (100% algodão), quantidade de fios 13un/cm2, largura 6 cm, comprimento 180 cm; embalagem individual. Prazo de validade mínimo de 12 meses da data de entrega. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 628399.									
346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO			300				
16 3018000000528	UNIDADE	--	--	--	3	0	3	--	--
BISTURI PARA USO VETERINÁRIO - 4,0 X 16,0 CM									
Características Gerais: Bisturi de teta; Material: inox; Para extração de fibroses no canal da teta; Dimensões aproximadas: Diâmetro de 4,00 mm e comprimento total de 16,00 cm. Instrumento veterinário. CATMAT: 446291 .									
176/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			3				
TOTAL LICITADO:								R\$ 0,00	

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
17	3036000000610	UNIDADE	--	--	--	29	0	29	--
	BOLSA TÉRMICA EM GEL COMPRIDA - 13 X 25 CM								
	Características Gerais: Bolsa térmica em gel; Indicada para compressa quente e gelada. Produto atóxico, confeccionada em PVC contendo gel a base de celulose vegetal; Tamanho: Comprida; Dimensão 13x25 cm; Volume: 400 ml; Similar ao modelo Bolsa Térmica Termogel Crystal. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 638511.								
60/2026	11010011	CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS				4			
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE				7			
324/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS				18			
18	3036000000577	UNIDADE	--	--	--	6	0	6	--
	BOLSA TÉRMICA EM GEL GRANDE - 17 X 20 CM								
	Características Gerais: Bolsa térmica; Produto atóxico, confeccionada em PVC contendo gel a base de celulose vegetal. Tamanho: Grande; Dimensão: 17 x 20 cm. Volume: 400 ml. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Bolsa Térmica Termogel Crystal. CATMAT: 638511.								
60/2026	11010011	CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS				1			
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE				5			
19	3036000000494	UNIDADE	--	--	--	20	0	20	--
	CABO DE BISTURI N.º 3								
	Características Gerais: Cabo de Bisturi n.º 3; Instrumento utilizado para afiação da lâmina de bisturi de n.ºs 10 a 17 para procedimentos de incisão cirúrgica. Fabricado em aço inoxidável AISI-420. Comprimento aproximado de 13 cm. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT, CE. Deve constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 272821.								
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE				16			
324/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS				4			
20	3036000000495	UNIDADE	--	--	--	41	0	41	--
	CABO DE BISTURI N.º 4								
	Características Gerais: Cabo de Bisturi n.º 4; Instrumento utilizado para afiação da lâmina de bisturi de n.ºs 18 a 24 para procedimentos de incisão cirúrgica. Fabricado em aço inoxidável AISI-420. Comprimento aproximado de 14 cm. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT, CE. Deve constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 243242.								
60/2026	11010011	CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS				25			
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE				16			
21	3036000000496	UNIDADE	--	--	--	2	0	2	--
	CABO LARINGOSCÓPIO ADULTO								
	Características Gerais: Possui abertura na base do cabo para inclusão de bateria recarregável. Tampa rosqueável com mola em aço inox. Acabamento estriado. Alimentação com pilhas alcalinas tipo C ou baterias recarregáveis. Iluminação com lâmpada halógena 2,5 V. Fabricado de acordo com padrões								

TOTAL LICITADO: R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
internacionais de qualidade normas da ABNT. Deve constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA. Garantia mínima de 01 ano a contar a partir da data de entrega. Similar ao modelo Cabo para Laringoscópio Inox Adulto – MD. CATMAT: 300758.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			2				
22 3036000000497	UNIDADE	--	--	--	1	0	1	--	--
CABO LARINGOSCÓPIO INFANTIL									
Características Gerais: Possui abertura na base do cabo para inclusão de bateria recarregável. Tampa rosqueável com mola em aço inox. Acabamento estriado. Alimentação com pilhas alcalinas tipo AA ou baterias recarregáveis. Iluminação com lâmpada halógena 2,5 V. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade normas da ABNT. Deve constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA. Garantia mínima de 01 ano a contar a partir da data de entrega. Similar ao modelo Cabo para Laringoscópio Inox Infantil – MD. CATMAT: 300758.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			1				
23 3010000000243	UNIDADE	--	--	--	4	0	4	--	--
CABO PARA BISTURI N3 - CABO CIRCULAR ANGULADO.									
Características gerais: cabo para bisturi circular. Fabricado em aço inoxidável. Modelo: angulado. Número: 3. Autoclavável. Indicado para fixação da lâmina de bisturi. Parte ativa angulada em 45º para atuar em região posterior. Recebe lâminas 11, 12, 12b, 15 e 15c. Uso odontológico. CATMAT: 299683									
309/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS			4				
24 3010000000242	UNIDADE	--	--	--	6	0	6	--	--
CABO PARA BISTURI N3 - CABO CIRCULAR RETO.									
Características gerais: cabo para bisturi circular. Fabricado em aço inoxidável. Modelo: reto. Número: 3. Autoclavável. Indicado para fixação da lâmina de bisturi. Parte ativa reta. Recebe lâminas 11, 12, 12b, 15 e 15c. Uso odontológico. CATMAT: 299683									
174/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			2				
309/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS			4				
25 3036000000784	PACOTE 10 UN.	--	--	--	23	0	23	--	--
CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO 70 X 90 CM - 30G									
Características gerais: campo cirúrgico fenestrado. Indicado para proteção e biossegurança do profissional da área de saúde e seu paciente. Material: polipropileno (tnt) tecido não. Tecido. Tamanho: 70x90cm. Gramatura: 30g. Repele líquidos, é atóxico e hipoalérgico. Embalagem com 10 unidades. Validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 607054									
324/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS			23				
26 3036000000435	UNIDADE	--	--	--	300	0	300	--	--
CAMPO CIRÚRGICO OPERATÓRIO - 50 X 50 CM									
Características Gerais: Campo cirúrgico de polipropileno gramatura 50; esterilizado por óxido de etileno, medindo aproximadamente 50 x 50 cm (C x L), janela central com 5 cm de diâmetro, de cor azul. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Campo Simples Estéril 50 x 50 cm Health Quality. CATMAT: 607053.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			300				
TOTAL LICITADO:								R\$ 0,00	

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
27	3036000000783	PACOTE 10 UN.	--	--	--	23	0	23	--
	CAMPO PARA MESA AUXILIAR 45 X 60 CM 30GR Características gerais: campo para mesa auxiliar. Indicado para disposição segura e asséptica dos artigos cirúrgicos. Material: polipropileno (tnt) tecido não. Tecido. Tamanho: 45x60cm. Gramatura: 30g. Repele líquidos, é atóxico e hipoalérgico. Embalagem com 10 unidades. Validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 607024.								
	324/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS		23				
28	3036000000436	UNIDADE	--	--	--	1	0	1	--
	CANULA DE GUEDEL N.º 01 Características Gerais: Cânula fabricada em polietileno e livre de látex possui formato anatômico. Extremidades macias e arredondadas para evitar lesões, permite acesso ao cateter de sucção. Tamanho 01. Medidas internas aproximadas de 9,8 x 5,1 mm (C x L). Comprimento externo aproximado de 70 mm. Deverá apresentar registro ANVISA. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Cânula De Guedel Protec Nº. 01. CATMAT: 450963.								
	178/2026	1101007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		1				
29	3036000000437	UNIDADE	--	--	--	1	0	1	--
	CANULA DE GUEDEL N.º 02 Características Gerais: Cânula fabricada em polietileno e livre de látex, possui formato anatômico. Extremidades macias e arredondadas para evitar lesões, permite acesso ao cateter de sucção. Tamanho 02. Medidas internas aproximadas de 10 X 5,2 mm (C x L). Comprimento externo aproximado de 80 mm. Deverá apresentar registro ANVISA. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Cânula De Guedel Protec Nº. 02. CATMAT: 450964.								
	178/2026	1101007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		1				
30	3036000000438	UNIDADE	--	--	--	11	0	11	--
	CANULA DE GUEDEL N.º 03 Características Gerais: Cânula fabricada em polietileno e livre de látex, possui formato anatômico. Extremidades macias e arredondadas para evitar lesões, permite acesso ao cateter de sucção. Tamanho 03. Medidas internas aproximadas de 11,4 X 5,2 mm (C x L). Comprimento externo aproximado de 95 mm. Deverá apresentar registro ANVISA. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Cânula De Guedel Protec Nº. 03. CATMAT: 450965.								
	178/2026	1101007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		11				
31	3036000000439	UNIDADE	--	--	--	11	0	11	--
	CANULA DE GUEDEL N.º 04 Características Gerais: Cânula fabricada em polietileno e livre de látex, possui formato anatômico. Extremidades macias e arredondadas para evitar lesões, permite acesso ao cateter de sucção. Tamanho 04. Medidas internas aproximadas de 11,6 X 6,2 mm (C x L). Comprimento externo aproximado de 120 mm. Deverá apresentar registro ANVISA. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Cânula De Guedel Protec Nº. 04. CATMAT: 450966.								
	178/2026	1101007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		11				
TOTAL LICITADO:									R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
32	3036000000607	UNIDADE	--	--	--	25	0	25	--
	CAPOTE CIRÚRGICO								
	Características Gerais: Capote Cirúrgico; Manga Longa; Gola redonda; Com tiras para amarrar; Tamanho: único; Tecido: Bagum sarja; Unissex. CATMAT: 604940								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		25				
33	3036000000624	UNIDADE	--	--	--	1000	0	1000	--
	CATETER - 18 G								
	Características Gerais: Cateter periférico intravenoso tamanho 18 G. Protetor: Polipropileno; Dispositivo de segurança: Polipropileno, Policarbonato, Aço inoxidável, Polietileno, Acrílico UV, Silicone e Níquel; Agulha: Aço inoxidável; Cateter: Poliuretano (PUR) radiopaco; Conector: Poliacetal; Canhão do Cateter: Polipropileno; Canhão da Agulha: Polipropileno; Câmara de Retorno: Polipropileno; Filtro: Polietileno. Esterilizado por óxido de etileno; Atóxico; Radiopaco; Com filtro; Uso único; Com dispositivo de segurança; Compatível com luer lock e luer slip; Bisel trifacetado; Câmara translúcida (auxilia na visualização do retorno sanguíneo); Cânula cônica e resistente à torção; Diâmetro externo: 1,3mm; Comprimento efetivo: 32mm; Fluxo: 105ml/min. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 625222.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		500				
	346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO		500				
34	3036000000625	UNIDADE	--	--	--	1500	0	1500	--
	CATETER - 20 G								
	Características Gerais: Cateter periférico intravenoso com dispositivo de segurança tamanho 20g (20GX32MM). Composição: Protetor: Polipropileno; Dispositivo de segurança: Polipropileno, Policarbonato, Aço inoxidável, Polietileno, Acrílico UV, Silicone e Níquel; Agulha: Aço inoxidável; Cateter: Poliuretano (PUR) radiopaco; Conector: Poliacetal; Canhão do Cateter: Polipropileno; Canhão da Agulha: Polipropileno; Câmara de Retorno: Polipropileno; Filtro: Polietileno. Esterilizado por óxido de etileno; Atóxico; Radiopaco; Com filtro; Uso único; Com dispositivo de segurança; Compatível com luer lock e luer slip; Bisel trifacetado; Câmara translúcida (auxilia na visualização do retorno sanguíneo); Cânula cônica e resistente à torção; Diâmetro externo: 1,1mm; Comprimento efetivo: 32mm; Fluxo: 61ml/min. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 460347.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		500				
	346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO		1000				
35	3036000000622	UNIDADE	--	--	--	5	0	5	--
	CATETER - 26 G								
	Características Gerais: Cateter Periférico Intravenoso nº 26, com Lilás; Desenvolvido para terapia intravenosa; periférica de curta duração de tempo; Cateter em teflon e bisel afiado, Radiopaco visível ao raio-x; Produto estéril a óxido de etileno; Tamanho 26 Gauge (0.6mm). A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 441236.								
	346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO		5				
36	3036000000646	CAIXA 50 UN.--	--	--	--	553	0	553	--
	CATETER INTRAVENOSO - 22 G								
	Características Gerais: Cateter intravenoso, material poliuretano, calibre 22 g, comprimento 25, características adicionais radiopaco, periférico 1,00,								

TOTAL LICITADO: R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
	agulha siliconizada, tipo uso descartável, esterilidade estéril, uso adulto. Apresentação: caixa com 50 unidades. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 625221.								
	60/2026	11010011	CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS		3				
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		50				
	346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO		500				
37	303600000206	UNIDADE	--	--	--	6	0	6	--
	CATETER INTRAVENOSO - 24 G								
	Características Gerais: Cateter intravenoso, material poliuretano, calibre 24g, comprimento 19 cm, características adicionais radiopaco, periférico, agulha siliconizada, tipo uso descartável, esterilidade estéril, uso pediátrico. A validade do produto deverá ser de no mínimo 85% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 437186.								
	346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO		6				
38	3036000000440	PACOTE	--	--	--	5	0	5	--
	CATETER INTRAVENOSO Nº 16								
	Características Gerais: Cateter Intravenoso periférico Teflon 16G (1,7 x 50 mm), descartável, radiopaco e codificado na cor cinza. Possui conector universal, câmara de refluxo com tampa. Número 16 G. Embalagem com 50 unidades. Similar ao modelo Cateter Jelco 16 Descarpac. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 460347.								
	346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO		5				
39	3036000000539	UNIDADE	--	--	--	20	0	20	--
	CATETER PARA ACESSO CENTRAL DUPLO LUMEN								
	Características Gerais: Cateter em poliuretano, radiopaco e duplo lúmen para acesso venoso central adulto (14 G x 20 cm), material biocompatível para a técnica de seldinger. Graduado em centímetros, com redutor de sutura, fio guia metálico com ponta em "J" e dilatador de veia. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 465679.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		20				
40	3036000000534	UNIDADE	--	--	--	10	0	10	--
	CATETER PARA ACESSO CENTRAL MONOLUMEN								
	Características Gerais: Cateter em poliuretano, radiopaco e mono lúmen para acesso venoso central adulto (14 G x 20 cm), material biocompatível para a técnica de seldinger. Graduado em centímetros, com redutor de sutura, fio guia metálico com ponta em "J" e dilatador de veia. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 437285.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		10				
41	3036000000796	UNIDADE	--	--	--	5	0	5	--
	CATETER PARA SUBCLAVIA								
	Características Gerais: Cateter para subclavia; Material biocompatível; Radiopaco para visualização aos raios x. Contém: 01 cateter com mandril, 01 manga protetora, 01 agulha para introdução do cateter, 01 protetor de agulha. medida: 16 g x 30 cm. CATMAT: 437925.								
	60/2026	11010011	CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS		5				

TOTAL LICITADO: R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
42 303600000169	CAIXA	--	--	--	21	0	21	--	--
	FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO (2-0) CAIXA COM 24								
	Características Gerais: Catgut cromado (2-0) caixa com 24 unidades. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 604835.								
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			21				
43 3036000000797	AMPOLA 10 ML	--	--	--	500	0	500	--	--
	CLORETO DE SÓDIO 20%								
	CLORETO DE SÓDIO 20% AMPOLA 10ML								
60/2026	11010011	CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS			200				
346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO			300				
44 3036000000499	UNIDADE	--	--	--	11	0	11	--	--
	COLAR CERVICAL ADULTO								
	Características Gerais: Colar utilizado para imobilização cervical, emergências e resgates. Confeccionado de polietileno de alta densidade com espessura mínima de 1,5 mm e EVA com apoio mentoniano. Possui regulagem de altura com 04 (quatro) níveis de ajuste (PP / P / M e G). Abertura anterior para acesso cirúrgico e posterior para palpação cervical. Fecho de velcro de 5 mm. Abertura frontal para permissão do pulso carotídeo e acesso a traqueia. Possui duas aberturas na parte posterior (nuca) para a palpação e ventilação. Deve constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA. Similar ao modelo Colar Cervical Regulável 4 X 1 para Resgate – VNO. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 456008.								
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			11				
45 3036000000500	UNIDADE	--	--	--	12	0	12	--	--
	COLAR CERVICAL PEDIATRICO								
	Características Gerais: Colar utilizado para imobilização cervical, emergências e resgates. Confeccionado de polietileno de alta densidade com espessura mínima de 1,5 mm e EVA com apoio mentoniano. Possui regulagem de altura com 16 (dezesseis) níveis de ajuste, sendo 12 (doze) pediátrico e 04 (quatro) adulto. Abertura anterior para acesso cirúrgico e posterior para palpação cervical. Fecho de velcro de 5 mm. Abertura frontal para permissão do pulso carotídeo e acesso a traqueia. Possui duas aberturas na parte posterior (nuca) para a palpação e ventilação. Dimensões aproximadas de 56 x 18 x 1,5 cm. Deve constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA. Similar ao modelo Colar Cervical AMBU Perfit ACE 16 Posições. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 474765.								
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			12				
46 3036000000558	UNIDADE	--	--	--	8	0	8	--	--
	COLCHONETE HOSPITALAR PARA MACA								
	Características Gerais: Colchonete para maca hospitalar, em espuma 100% poliuretano, densidade D-33, que suporte pacientes com peso até 160 KG; espuma com tratamento antiácido, antimicrobiano e antialérgico, capa confeccionada em courovin na cor azul, com reforços em malha de poliéster, costura com fio de nylon, garantindo durabilidade e impermeabilidade total, resistente a produtos de limpeza, inclusive álcool; abertura com zíper que permita a troca da capa, se necessário; Dimensões aproximadas: Largura: 0,54 m X Altura: 0,4 m X Comprimento: 1,80 m, auto Extinguível. Com Certificado de Garantia e Selo de Qualidade do INMETRO. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 601399.								

TOTAL LICITADO: R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			8				
47	3036000000574	CAIXA 10 UN. --	--	--	14	0	14	--	--
	COLETOR DE MATÉRIA PERFURO CORTANTE - 3 L								
	Características Gerais: Coletor de material perfuro cortante; Material: Produzido a partir de papelão ondulado de cor parda; Capacidade total: 3 l. Apresentação: caixa com 10 unidades; Produzido dentro da norma da ABNT - NBR 13853. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 623116.								
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			14				
48	3036000000442	UNIDADE	--	--	50	0	50	--	--
	COLETORA URINA SISTEMA FECHADO								
	Características Gerais: Sistema fechado, esterilizado e descartável com capacidade de 2 litros, com graduação a cada 100 ml. Material adequado com escala para medir fluxo, fabricado em PVC pneumático especial, válvula dupla anti-refluxo, mangueira de PVC atóxico especial, clamps de travamento na parte superior, conector na parte superior dotado de ponto lateral para entrada de amostra, pinça jacaré para afiação, alça plástica para transporte ou fixação no leito, alça de fixação do tubo de drenagem. Similar ao modelo Bolsa Coletor De Urina Sistema Fechado 2000 ml DESCARPACK. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 419371.								
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			50				
49	3036000000393	PACOTE	--	--	30	0	30	--	--
	COMPRESSA CIRÚRGICA (CAMPO OPERATÓRIO) - 45 X 50 CM								
	Características Gerais: Compressa cirúrgica (campo operatório), medindo 45 cm X 50 cm; Elaboradas com tecido quádruplo (quatro camadas), 100% algodão: macio e extra-absorvente, isento de substâncias gordurosas, amido e alvejantes ópticos; As camadas de tecido devem possuir amarrações, evitando que uma camada deslize sobre a outra no uso; As bordas devem possuir costura para evitar o desfiamento; Indicada para cirurgias em geral para absorver sangue e secreções líquidas ou em cirurgias cavitárias como anteparo atraumático de vísceras e tecidos; Não estéril com fio radiopaco; 4 camadas com cadarço; Contém 50 unidades; Dermatologicamente testado. Prazo de validade mínimo de 12 meses da data de entrega. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 623083.								
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			30				
50	3036000000010	PACOTE 500 UN.	--	--	100	0	100	--	--
	GAZE ESTÉRIL 15 X 30 CM - 13 FIOS/CM²								
	Características Gerais: Compressa curativo cirúrgico; Material: algodão; Tipo: estéril. Dimensões: 15 x 30 (L x C); Camadas: 2, Características adicionais: camadas algodão recobertas por um tecido de gaze. Apresentação: pacote com 500 unidades. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 628240.								
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			100				
51	30360000000443	POTE 150 UN.	--	--	10	0	10	--	--
	COTONETES								
	Características Gerais: Cotonetes antigerme, com hastes flexíveis de polipropileno, algodão, hidroxietilcelulose e triclosan. Apresentação: pote com 150								

TOTAL LICITADO: R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
	unidades. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Cotonetes Johnson & Johnson Pote com 150 unidades. CATMAT: 481317.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		10				
52	3036000000501	UNIDADE	--	--	--	15	0	15	--
	CUBA PARA ASSEPSIA - 220 ML								
	Características Gerais: Cuba utilizada para assepsia do paciente durante o procedimento cirúrgico. Fabricado em aço inoxidável AISI-304. Medindo aproximadamente 9 x 5,5 cm (D x A). Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade normas da ABNT. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Cuba para Assepsia Redonda sem Tampa 9 x 5 cm Fami. CATMAT: 439209.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		15				
53	3036000000600	UNIDADE	--	--	--	5	0	5	--
	CUBA RIM EM INOX - 750 ML								
	Características Gerais: Cuba Rim; Material: aço inoxidável; Capacidade: 750 ml; autoclavável; Dimensão: 26 X 12 X 6 cm (C x L x A). A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 482871.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		5				
54	3036000000041	UNIDADE	--	--	--	50	0	50	--
	CURATIVO LÍQUIDO - 10 ML								
	Características Gerais: Curativo; Formato líquido; Tipo anestésico; Outros componentes parafina branca 33,30%/vaselina líquida 27,77%/PA; Embalagem com 10 ml. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 486831.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		50				
55	3036000000727	BOMBONA 5 L	--	--	--	1	0	1	--
	DETERGENTE DESINCRUSTANTE ALCALINO - 5 L								
	CARACTERÍSTICAS GERAIS: Detergente desincrustante alcalino; líquido; detergente laboratorial concentrado; não espumante; isento de fosfato; Bombona com 5 L; registro no ministério da saúde; Similar ao prolav lav da lab news. CATMAT: 449746.								
	105/2026	11010010	CENTRO DE ENGENHARIAS		1				
56	3036000000728	KG	--	--	--	1	0	1	--
	DETERGENTE DESINCRUSTANTE ORTOFOSFATO TRISSÓDICO - 1 KG								
	CARACTERÍSTICAS GERAIS: Detergente concentrado com alto poder dissolvente; emulsionante e dispersante; pó; detergente concentrado a base de ortofosfato trissódico com alto poder dissolvente; emulsionante e dispersante; destinado para limpeza de instrumental; utensílio e vidrarias impregnados de matéria orgânica; Embalagem com 1 kg. Similar ao rio-93 desincrustante em pó da rioquímica. CATMAT: 603517								
	105/2026	11010010	CENTRO DE ENGENHARIAS		1				
57	3036000000567	Litro	--	--	--	23	0	23	--
								TOTAL LICITADO:	R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
DETERGENTE ENZIMÁTICO COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA - 1 L									
Características Gerais: Detergente enzimático; Ação bacteriostática; 4 Enzimas; Indicado para limpeza de instrumentos médico hospitalares, odontológicos e laboratórios. Possui eficácia na remoção e limpeza de matéria orgânica em endoscópios e fibroscópios; Limpeza manual ou automatizada. Apresentação: embalagem com 1 litro. Registro na ANVISA. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 476022.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			11				
324/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS			12				
58	303600000170	CAIXA	--	--	--	1	0	1	--
DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5 ML CAIXA COM 50 AMPOLAS									
Características Gerais: Dexametasona 4mg/ml 2,5 ml caixa com 50 ampolas. Prazo de validade de no mínimo 80 % do total, a partir da data da entrega. CATMAT: 292427.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			1				
59	3036000000542	UNIDADE	--	--	--	8	0	8	--
DIAPASÃO MÉDICO									
Características Gerais: Diapasão médico 128 vibrações em alumínio; com cursor; alumínio não magnético e resistente a corrosão; Comprimento aprox. 15 cm. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 628596.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			8				
60	3036000000609	FRASCO	--	--	--	67	0	67	--
DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 1,0% SPRAY - 50 ML									
Características Gerais: Digliconato de clorexidina; 1,0%; Spray; Antisséptico tópico; Solução aquosa; Uso adulto e pediátrico; Frasco com 50mL; Validade mínima de 18 meses no momento da entrega. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 295714									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			40				
324/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS			27				
61	3036000000715	PACOTE	--	--	--	50	0	50	--
DRENO PENRISE Nº 1 - COM GAZE.									
CARACTERÍSTICAS GERAIS: Dreno Penrose NR. 1 (20mm) c/ gaze estéril, pacote com 12 unidades; fabricado em látex natural; tamanhos 1 (20mm); comprimento 35cm; com gaze estéril; estéril (esterilizado a gás óxido de etileno); cor natura; embalado individualmente em papel grau cirúrgico. CATMAT: 464738									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			50				
62	3036000000013	UNIDADE	--	--	--	1350	0	1350	--
EQUIPO MACRO GOTAS - 150 CM									
Características Gerais: Equipo aplicação para infusão venosa; Material: polietileno; Comprimento: 150 cm; Cores incolores, tipo uso descartável. Características adicionais com macro gotas/aspirogênico, transmitância transparente, esterilidade estéril. Com Injetor Lateral. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 610307.									
TOTAL LICITADO:									R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
60/2026	11010011	CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS			50				
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			300				
346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO			1000				
63	3036000000412	UNIDADE	--	--	--	1000	0	1000	--
	EQUIPO PARA INFUSÃO VENOSA COM INJETOR LATERAL - MICRO GOTAS								
	Características Gerais: Equipo soro com injetor lateral, aplicação para infusão venosa , material polietileno, comprimento 120, cor incolor, tipo uso descartável, características adicionais com micro gotas/ apirogênico, transmitância transparente, esterilidade estéril. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 610307.								
346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO			1000				
64	3036000000627	UNIDADE	--	--	--	100	0	100	--
	EQUIPO PARA TRANSFUSÃO								
	Características Gerais: Dispositivo para infusão e controle de fluxo e dosagem de sangue e derivados, conecta o recipiente de sangue e derivados ao dispositivo de acesso venoso. Atóxico, Apirogênico, Estéril, Lanceta perfurante para conexão ao recipiente sangue, Câmara dupla flexível sendo a primeira dotada de filtro de sangue para retenção de coágulos, e a segunda para visualização e controle de gotejamento, Extensão em PVC, Controlador de fluxo (gotejamento) tipo pinça rolete, Conexão luer para dispositivo de acesso venoso. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 610181.								
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			100				
65	3036000000445	CAIXA 100 UN.	--	--	--	16	0	16	--
	ESCALPE N.º 21								
	Características Gerais: Escalpe de segurança com tubo flexível confeccionado em PVC atóxico, apirogênico e transparente. Asas de sustentação codificadas por cores para diferenciar o calibre. Conector universal e agulha em aço inox com bísel curto, trifacetado e provido de protetor plástico. Tamanho N.º 21. Apresentação: caixa com 100 unidades. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Dispositivo Asepto Scalp BD 21 g. CATMAT: 437173.								
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			6				
346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO			10				
66	3036000000446	CAIXA 100 UN.	--	--	--	8	0	8	--
	ESCALPE N.º 25								
	Características Gerais: Escalpe de segurança com tubo flexível confeccionado em PVC atóxico, apirogênico e transparente. Asas de sustentação codificadas por cores para diferenciar o calibre. Conector universal e agulha em aço inox com bísel curto, trifacetado e provido de protetor plástico. Tamanho N.º 25. Apresentação: caixa com 100 unidades. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Dispositivo Asepto Scalp 25 g da marca BD. CATMAT: 437169.								
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			3				
346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO			5				

TOTAL LICITADO: R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
67	3036000000447	UNIDADE	--	--	--	600	0	600	--
	ESCOVA DE DEGERMAÇÃO I								
	Características Gerais: Escova/esponja plástica com dupla face com digluconato de clorexidina 2% solução degermante de no mínimo 22 ml e tensoativo. Indicada para anti-sepsia de mãos e antebraço. Similar ao modelo Escova Com Clorexidina Riohex Scrub – Rioquímica. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 620163.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		600				
68	3036000000448	CAIXA 100 UN.	--	--	--	5	0	5	--
	ESCOVA GINECOLÓGICA								
	Características Gerais: Produto estéril, atóxico e resistente com filamentos de nylon sustentados por eixo em aço inox fixada em base (cabo) plástico. Escova cervical não estéril, haste com 180 mm, comprimento da ponta ativa com 20 mm aproximadamente com formato em cone. Comprimento total 200 mm. Embalagem individual em papel cirúrgico. Apresentação: caixa com 100 unidades. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Escovas Ginecológicas Descartáveis da marca Vagispec. CATMAT: 405563.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		5				
69	3018000000315	CAIXA	--	--	--	52	0	52	--
	ESPARADRAPO CIRÚRGICO 100 % ALGODÃO- 10 CM X 4,5 M								
	Características Gerais: Espadrapo cirúrgico impermeável, fabricado com 100 % em algodão, largura de 10 cm, comprimento de 4,5 m, características adicionais na cor branca, com sistema adesivado para fácil fixação, embalagem individual em invólucro de proteção acondicionado. Caixa com 12 unidades. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 483436.								
	55/2026	11010011	CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS		1				
	176/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		21				
	249/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO		30				
70	3036000000588	PACOTE 100 UN.	--	--	--	1	0	1	--
	ESPÁTULA DE AYRES								
	Características Gerais: Espátula de Ayres; Instrumento utilizado em exames ginecológicos para a obtenção do material cérvico-vaginal (colo do útero); material não estéril, de uso médico, descartável e uso único; madeira de reflorestamento. Apresentação: pacote com 100 unidades. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 453693.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		1				
71	3036000000618	UNIDADE	--	--	--	20	0	20	--
	ESPÉCULO AURICULAR 2,5 MM PARA OTOSCÓPIO								
	Características Gerais: Espéculo auricular 2,5mm p/ Otoscópio MARK II OPALINE MD, reutilizável em material termoplástico com encaixe metálico autoclavável. CATMAT: 479785.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		20				

TOTAL LICITADO: R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
72 3036000000713		UNIDADE	--	--	--	5	0	5	--
	ESPECULO KILLIAN - 30 MM								
	Características Gerais: Espelho Killian; Tamanho: 30 mm; Produzido em aço inoxidável, autoclavável. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 480329.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		5				
73 3036000000714		UNIDADE	--	--	--	10	0	10	--
	ESPECULO KILLIAN - 50 MM								
	Características gerais: Espéculo Killian; Tamanho 50 mm; Produzido em aço inoxidável com tratamento contra oxidação. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 480329.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		10				
74 3036000000582		UNIDADE	--	--	--	40	0	40	--
	ESPÉCULO NASAL DESCARTÁVEL ADULTO								
	Características gerais: Espéculo Nasal Descartável adulto; Fabricado em resina plástica, na cor marfim, com dois guias sobrepostos para abertura e fechamento do instrumento. Possui valvas paralelas, que permite o afastamento e visualização da cavidade nasal, sendo o seu comprimento de 25,5 mm e sua menor largura 7 mm; comprimento total 14 cm; tamanho adulto. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 479781.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		40				
75 3036000000581		UNIDADE	--	--	--	40	0	40	--
	ESPÉCULO NASAL PEDIÁTRICO DESCARTÁVEL								
	Características gerais: Espéculo Nasal pediátrico descartável; Fabricado em resina plástica, na cor marfim, com dois guias sobrepostos para abertura e fechamento do instrumento. Possui valvas paralelas, que permite o afastamento e visualização da cavidade nasal, sendo o seu comprimento de 25,5mm e sua menor largura 7 mm; comprimento total 14 cm; tamanho Infantil. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 484446.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		40				
76 3036000000453		CAIXA 100 UN.	--	--	--	7	0	7	--
	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL - TAMANHO G								
	Características Gerais: Espéculo descartável com valvas de poliestireno cristal, não estéril, contornos lisos e regulares sem retrâncias e protuberâncias. Tamanho grande: 43 mm de largura distal; 36 mm de largura proximal e 116 mm no eixo longitudinal dos elementos articulados. Apresentação: caixa com 100 unidades. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Espelho Vaginal Descartável Não Esteril Tamanho G da marca Cralplast. CATMAT: 479758.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		7				
77 3036000000454		CAIXA 100 UN.	--	--	--	6	0	6	--
TOTAL LICITADO:									R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL - TAMANHO M									
Características Gerais: Espéculo descartável com valvas de poliestireno cristal, contornos lisos e regulares sem retrâncias e protuberâncias. Tamanho médio: 33 mm de largura distal; 30 mm de largura proximal e 116 mm no eixo longitudinal dos elementos articulados. Apresentação: caixa com 100 unidades. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Espéculo Vaginal Descartável Não Esteril Tamanho M da marca Cralplast. CATMAT: 479757.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			6				
78 3036000000773	UNIDADE	--	--	--	10	0	10	--	--
ESTILETE PARA ALGODÃO									
CARACTERÍSTICAS GERAIS: Estilete porta algodão - confeccionada em aço inoxidável cirúrgico de alta resistência instrumento cirúrgico não articulado, não cortante; produto não estéril; autoclavável; tamanho: 15 cm; registro na anvisa.fabricada em aço inoxidável cirúrgico; fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade; normas da abnt; marcas: abc instrumentos. CATMAT: 483089.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			10				
79 3036000000653	UNIDADE	--	--	--	5	0	5	--	--
ESTOJO DE INOX PERFURADO - 32 X 16 X 08 CM									
Características Gerais: Estojo; Estojo perfurado; fabricado em aço inoxidável; autoclavável; fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade normas da abnt. Dimensões: 32 x 16 x 08 cm (C x L x A):. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 473266.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			5				
80 3036000000139	UNIDADE	--	--	--	10	0	10	--	--
FIO CATGUT CROMADO (3-0)									
Características Gerais: Fibras de colágeno de intestino bovino trançado e polidas com sais de cromo com agulha. Agulha 1/2 circular e cilíndrica com 3,5 cm de comprimento. Fio estéril, retorcido e polido com força tensil variável. Comprimento 45 cm. Envelope individual. Prazo de validade mínimo de 12 meses da data de entrega. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 620299.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			10				
81 3036000000491	UNIDADE	--	--	--	5	0	5	--	--
FIO DE ALGODÃO AGULHADO 2-0									
Características Gerais: Fio de algodão agulhado 2-0, multifilamentar, torcido e trançado da cor azul; Agulha 1/2 circular com 3,5 cm de comprimento; Fio estéril e com comprimento aproximado de 45 cm; Envelope individual. Prazo de validade mínimo de 12 meses da data de entrega. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 487617 .									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			5				
82 3036000000490	UNIDADE	--	--	--	10	0	10	--	--
FIO DE ALGODÃO NÃO AGULHADO 2-0									
Características Gerais: Fio de algodão não agulhado 2-0, multifilamentar, torcido e trançado da cor azul.; Sem agulha, estéril e com comprimento aproximado de 45 cm; Envelope individual. Prazo de validade mínimo de 12 meses da data de entrega. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 600157.									

TOTAL LICITADO: R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			10				
83 3010000000224	CAIXA	--	--	--	23	0	23	--	--
FIO DE SUTURA - 4-0 - NYLON - 45 CM - AGULHA (3/8) 1,9 CM - PONTA DE AGULHA TRIANGULAR - CAIXA COM 24 UNIDADES									
Características gerais: Fio de sutura; Material: nylon de origem sintética; Fabricadas com fio não absorvível monofilamentar de poliamida 6 (pa6.6); Número 4-0; Fio de 45 cm e agulha 3/8 ct (corte triangular) 1,9cm; agulha ct; Destinado para suturas durante procedimentos cirúrgicos envolvendo cortes no tecido. Caixa com 24 unidades; Prazo de validade: 80% do prazo total de validade do produto a partir da data da entrega. Similar à marca bioline. CATMAT: 487420.									
174/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			5				
309/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS			18				
84 303600000064	CAIXA	--	--	--	20	0	20	--	--
FIO DE SUTURA 2-0 - NYLON - 75 CM - AGULHA 3,5 CM - CAIXA COM 36 ENVELOPES									
Características Gerais: Fio de sutura; Material: nylon (monofilamento); Esterilidade: estéril; Tipo fio: 2-0; Cor: preto; Comprimento: 75 cm (com agulha); Tipo agulha: 1/2 círculo cilíndrica; Comprimento agulha: 3,5 cm (aproximadamente). Apresentação: caixa com 36 envelopes. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 487455.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			20				
85 303600000066	CAIXA	--	--	--	5	0	5	--	--
FIO DE SUTURA 2-0 - PGA - 70 CM - CAIXA COM 36 ENVELOPES									
Características Gerais: Fio de sutura, material ácido poliglicólico (pga), tipo fio 2-0, comprimento 70, características adicionais com agulha, tipo agulha 1/2 círculo cortante, comprimento agulha 3,5, esterilidade estéril. Caixa com 36 envelopes. Prazo de validade mínimo de 12 meses da data de entrega. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 487073.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			5				
86 303600000385	UNIDADE	--	--	--	10	0	10	--	--
FIO DE SUTURA 4 - 0									
Características Gerais: Fio sutura, material nylon monofilamentado, cor preto, tipo fio 4-0, comprimento mínimo 45cm características adicionais com agulha, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 2,0 esterilidade estéril, envelope individual. Prazo de validade mínimo de 12 meses da data de entrega. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 487425.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			10				
87 303600000073	CAIXA	--	--	--	2	0	2	--	--
FIO DE SUTURA 4-0									
Características Gerais: Fio de sutura, material catgut cromado com agulha, tipo fio 4-0, comprimento compr. mínimo 70, tipo agulha 3/8 círculo cilíndrica, comprimento agulha 3,0, esterilidade estéril. Caixa com 24 unidades. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 486997.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			2				
88 303600000216	CAIXA	--	--	--	10	0	10	--	--
								TOTAL LICITADO:	R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
	FIO DE SUTURA 4-0								
	Características Gerais: Fio de sutura, material nylon monofilamento, tipo fio 4-0, cor preto, comprimento mínimo 45 cm, com 01 agulha 1/2 círculo cilíndrica em cada ponta do fio, comprimento agulha 2,5, estéril. Cx c/24 envelopes. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 487431.								
	324/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS		10				
89301800000331	CAIXA	--	--	--	1	0	1	--	--
	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL N.º 2 - POLIGLACTINA 910 - 70CM - AGULHA 3,5 CM - CAIXA COM 24 UNIDADES								
	Características Gerais: Fio de sutura absorvível sintético; Material: poliglactina 910; Esterilidade: estéril; tipo fio: n.º 2; Cor: violeta; Comprimento: 70 cm (com agulha); Tipo agulha: 1/2 círculo cilíndrica; Comprimento agulha: 3,5 cm (aproximadamente). Apresentação: caixa com 24 unidades. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 604835.								
	176/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		1				
90301800000335	CAIXA	--	--	--	1	0	1	--	--
	FIO DE SUTURA ABSORVÍVEL N.º 3 - CATGUT - 150 CM - SEM AGULHA - CAIXA COM 24 UNIDADES								
	Características Gerais: Fio de sutura absorvível; Material: catgut cromado sem agulha; Esterilidade: estéril; Tipo fio: n.º 3; Comprimento: 150 cm. Apresentação: caixa com 24 unidades. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 600563.								
	176/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		1				
913036000000760	CAIXA	--	--	--	12	0	12	--	--
	FIO DE SUTURA NYLON PRETO 5-0								
	CARACTERÍSTICAS GERAIS: Fio de sutura, material nylon preto, tipo fio 5-0, com agulha 3/8 de 1,9cm, caixa com 24 unidades. Prazo de validade mínimo de 12 meses da data de entrega. CATMAT: 487419.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		10				
	346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO		2				
923036000000765	UNIDADE	--	--	--	10	0	10	--	--
	FIO DE SUTURA POLIGLACTINA 910 VIOLETA - 0								
	CARACTERÍSTICAS GERAIS: Fio de sutura absorvível sintético, material poliglactina 910, tipo fio nº 0, cor violeta, comprimento 70 cm, com agulha 3/8 circular cilíndrica, comprimento da agulha 3 cm, esterilidade estéril; envelope com um fio e uma agulha. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 487164.								
	346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO		10				
93301800000046	CAIXA	--	--	--	1	0	1	--	--
	FIO DE SUTURA NYLON N.0 S/ AGULHA								
	Características Gerais: Fio sutura, material nylon monofilamentado, tipo fio 0, características adicionais sem agulha, caixa com 24 unidades. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 604284.								
	176/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		1				

TOTAL LICITADO: R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
94	3036000000404	CAIXA	--	--	--	1	0	1	--
	FIO SUTURA NYLON N.2-0 C/ AGULHA								
	Características Gerais: Fio sutura, material nylon monofilamentado, tipo fio 2-0, com 45 cm de comprimento, com agulha 3/8 de 3cm, caixa com 24 unidades. Prazo de validade mínimo de 12 meses da data de entrega. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 630958.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		1				
95	301800000156	CAIXA	--	--	--	1	0	1	--
	FIO DE SUTURA NYLON N.4-0 C/ AGULHA								
	Características Gerais: Fio sutura, material nylon monofilamentado, cor preto, tipo fio 4-0, características adicionais com agulha, tipo agulha 1/2 círculo cilíndrica, comprimento agulha 2 cm, esterilidade estéril, comprimento do fio de 45 cm, caixa com 24 unidades. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 487425.								
	176/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		1				
96	3036000000406	UNIDADE	--	--	--	10	0	10	--
	FITA HOSPITALAR BRANCA 16 MM X 50 M								
	Características Gerais: Fita adesiva composta de papel crepado branco e adesivo à base de resina de borracha sintética que não deixa resíduos mesmo após autoclavagem. Para uso geral e fechamento de pacotes a serem esterilizados à vapor. Cor: branca. Dimensões: 16 mm x 50 m (L x C). A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 353360.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		10				
97	3036000000456	UNIDADE	--	--	--	38	0	38	--
	FITA MÉTRICA - 1,5 M								
	Características Gerais: Fita métrica; Marcações impressas em ambos os lados. Material: 95% Poliéster e 5% Fibra de Vidro. Tamanho 1,5 m. Similar ao modelo Fita Métrica 1,5m Coats Corrente. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 485523.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		14				
	212/2026	11013612	CENTRO MULTIDISCIPLINAR - PAU DOS FERROS		24				
98	3036000000368	Rolo	--	--	--	66	0	66	--
	FITA PARA AUTOCLAVE - 19 MM X 55 M								
	Características Gerais: Fita para autoclave; Composta de dorso de papel crepado, especialmente tratado e coberto com adesivo à base de resina e borracha; Especialmente desenvolvida para identificação e lacre dos pacotes embalados com não-tecido e outras embalagens descartáveis esterilizadas a vapor. Classe 1 (ISO 11140-1). Apresentação: Rolo; Dimensões: 19 mm x 55 m (L x C). A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo 1255 da marca 3M. CATMAT: 396175.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		16				
	346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO		50				
99	3035000001169	UNIDADE	--	--	--	44	0	44	--
								TOTAL LICITADO:	R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
FITA TESTE AUTOCLAVE - 19 MM X 30 M									
Características Gerais: Fita teste para autoclave; Indicador de processo de esterilização a vapor em autoclave; Possui listras que mudam de cor após ser utilizada nas etapas de esterilização de autoclavagem. Dimensões: 19 mm x 30 m. Embalagem com uma unidade. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 626170.									
57/2026	11010011	CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS			3				
179/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			35				
322/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS			6				
100	3036000000555	CAIXA	--	--	--	1	0	1	--
FIXADOR CITOLÓGICO - 100 ML									
Características Gerais: Fixador Citológico; Frascos com 100 ml; Apresentação: caixa com 12 frascos. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar a marca Vagispeq. CATMAT: 413232.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			1				
101	303600000152	UNIDADE	--	--	--	6	0	6	--
FRASCO DE TUBO CAPILAR SEM HEPARINA									
Características Gerais: Frasco de tubo capilar sem heparina c/ 500und. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 623703.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			1				
346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO			5				
102	3036000000592	UNIDADE	--	--	--	15	0	15	--
GARROTE - 34 CM									
Características Gerais: Garrote; fecho em PVC;; Cor Azul; Registro na ANVISA; Tamanho: 34 cm de comprimento e 2,5 cm de largura. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 445573.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			15				
103	3036000000787	PACOTE	--	--	--	75	0	75	--
GAZE NÃO ESTÉRIL 7,5 X 7,5 CM - 9 FIOS/CM²									
Características Gerais: Gaze em 100% algodão; Não estéril; Em tecido tipo tela; Medidas aproximadas: 7,5 x 7,5 cm (fechado) e 15 x 30 cm (aberto); 9 fios/cm²; Alvejadas e purificadas; Pacote com 500 unidades. Prazo de validade de pelo menos 85% estipulado pelo fabricante, a ser contato no ato da entrega à UFERSA. Similar ao modelo compressa de gaze 7,5 x 7,5 9 fios Íris com 500 unidades da marca Cremer. CATMAT: 628241.									
60/2026	11010011	CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS			1				
174/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			13				
309/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS			13				
324/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS			48				
104	3036000000769	AMPOLA	--	--	--	10	0	10	--
								TOTAL LICITADO:	R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
GLICOSE 25% - AMPOLA 10ML									
CARACTERÍSTICAS GERAIS: Solução injetável de glicose 250 mg/ml; ampola de 10ml. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 267540									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			10				
1053036000000770	AMPOLA	--	--	--	219	0	219	--	--
GLICOSE 50% - AMPOLA 10ML									
CARACTERÍSTICAS GERAIS: Glicose solução injetável 500mg/ml. ampola de 10ml. o item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 267541									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			19				
346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO			200				
106303600000081	FRASCO	--	--	--	1	0	1	--	--
GUAIACOL									
Características Gerais: Guaiacol, aspecto físico líquido límpido, amarelado, peso molecular 124,14, fórmula química ch3oc6h4oh, grau de pureza pureza mínima de 98%, número de referência química cas 90-05-1. Frasco 1L. Prazo de validade minimo de 12 meses da data de entrega. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 374808.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			1				
1073036000000788	UNIDADE	--	--	--	1	0	1	--	--
HIDROMASSAGEADOR PARA PÉS - 220 V									
Características Gerais: Hidromassageador para pés com luz infravermelha; Sistema de aquecimento de água e três modos de massagem (atua em três regiões dos pés); Funcionamento: 220 V; Dimensões aproximadas: 360 x 380 x 180 mm. CATMAT: 444279.									
324/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS			1				
1083036000000795	KIT	--	--	--	2	0	2	--	--
KIT BOLSA TÉRMICA + PEDRAS QUENTES									
Características Gerais: Kit Bolsa Térmica + Pedras Quentes; Bolsa térmica 220 V para aquecimento de pedras vulcânicas para massagem; Kit com 12 pedras de basalto vulcânico medindo entre 4,5 e 8 cm; Controle de temperatura manual com duas posições (médio e forte); Resistência interna de carbono; Tipo de aquecimento: a seco; Dimensões aproximadas: 35 x 40 cm (fechada); Potência: 50 W; Garantia de 01 ano. CATMAT: 433749.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			2				
1093036000000608	KIT	--	--	--	21	0	21	--	--
KIT DE PRIMEIROS SOCORROS									
Características Gerais: Kit de primeiros Socorros; Contendo: 01 caixa de curativo adesivo c/ 35 unidades; 02 pacotes c/ 10 unidades de gaze estéril 7.5x7.5; 03 pacotes c/ 10 unidades de gaze estéril 10x10; 03 unidades de atadura de Crepe 10x3 m; 03 unidades de atadura de crepe 15x3 m; 01 rolo de Esparadrapo 10x4.5 m; 05 pares de luvas de procedimento m; 05 Pares de luvas de Procedimento g; 02 unidades de gelo Reciclável/ flexível; 05 unidades de saco de lixo - 20 lt.; 01 Frasco de anti-séptico - pvpi - 100ml; 02 frascos de soro Fisiológico 250ml; 01 livro de primeiros socorros; 01 estojo p/ Acondicionamento - 36.0 cm x 20.0 cm x 20.0 cm; Itens produzidos e Testados conforme normas e padrões específicos. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 441758.									

TOTAL LICITADO: R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
	75/2026	110129	CAMPUS CARAUBAS		5				
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		3				
	324/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS		13				
110 3036000000008		CAIXA 100 UN.	--	--	--	33	0	33	--
	LÂMINA BISTURI N.º 15								
	Características Gerais: Lâmina Bisturi n.º 15, material aço inoxidável, tamanho n.º 15, tipo descartável, esterilidade estéril, características adicionais afiada e polida. Embaladas individualmente para evitar corrosão e perda de afiação. Deve constar registro na ANVISA. Apresentação: caixa com 100 unidades. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Lâmina de Bisturi n.º 15 com 100 unidades da marca Uniqmed. CATMAT: 273178.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		18				
	346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO		15				
111 30360000000464		CAIXA 100 UN.	--	--	--	52	0	52	--
	LÂMINA BISTURI N.º 23								
	Características Gerais: Lâmina Bisturi n.º 23, material aço inoxidável, tamanho n.º 23, tipo descartável, esterilidade estéril, características adicionais afiada e polida. Embaladas individualmente para evitar corrosão e perda de afiação. Deve constar registro na ANVISA. Apresentação: caixa com 100 unidades. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Lâmina de Bisturi n.º 23 com 100 unidades da marca Uniqmed. CATMAT: 361078.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		52				
112 30360000000463		UNIDADE	--	--	--	15	0	15	--
	LÂMINA BISTURI Nº 11								
	Características Gerais: Lâmina Bisturi nº 11, material aço inoxidável, tamanho 11, tipo descartável, esterilidade estéril, características adicionais afiadas e polidas. Embaladas individualmente para evitar corrosão e perda de afiação. Deve constar registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades. Similar ao modelo Lâmina de Bisturi Aço Carbono Nº 11 – Solidor. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 445300.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		15				
113 30100000000047		CAIXA	--	--	--	16	0	16	--
	LÂMINA DE BISTURI AÇO CARBONO - Nº 15								
	Características Gerais: Lâmina de bisturi – 15 C; Descartável; Material: Aço carbono; Utilizadas para corte de pele, tecido e retirada de pontos em procedimentos cirúrgicos. Embalagem com 100 unidades. Prazo de validade: 80% do prazo total de validade do produto a partir da entrega. CATMAT: 313628.								
	174/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		14				
	309/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS		2				
114 3035000000120		CAIXA	--	--	--	4	0	4	--
								TOTAL LICITADO:	R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
LAMINA DE BISTURI Nº 10 P/ CABO Nº 20									
Características Gerais: Lâmina de bisturi nº 10 para cabo nº 20; Material: aço inox ou aço carbono; Descartável; estéril; Caixa com 100 unidades embaladas individualmente. CATMAT: 445299.									
179/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			4				
115 3036000000639	CAIXA	--	--	--	4	0	4	--	--
LÂMINA DE BISTURI Nº 20									
Características Gerais: Lâmina Bisturi, material aço inoxidável, tamanho nº 20, tipo descartável, esterilidade estéril, características adicionais afiada e polida. Embaladas individualmente para evitar corrosão e perda de afiação. Deve constar registro na ANVISA. Caixa com 100 unidades. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 361077.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			4				
116 3036000000503	UNIDADE	--	--	--	1	0	1	--	--
LÂMINA MACINTOSH Nº 01 - INFANTIL									
Características Gerais: Lâmina de Laringoscópio convencional curva tamanho nº. 01 (infantil), com extremidades arredondadas e é resistente ao autoclave até 134°C por 4.000 vezes. Acompanha lâmpada. Fabricada em aço inoxidável. Comprimento total aproximado de 14 mm e da ponta até a base interna de 92 mm. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade normas da ABNT. Garantia mínima de 01 ano a contar a partir da data da entrega. Similar ao modelo Lâmina Laringoscópio Convencional Standard Macintosh Curva MD Nº. 01. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 328276.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			1				
117 3036000000504	UNIDADE	--	--	--	4	0	4	--	--
LÂMINA MACINTOSH Nº 03 – ADULTO MÉDIO									
Características Gerais: Lâmina de Laringoscópio convencional curva tamanho nº. 03 (adulto médio), com extremidades arredondadas e é resistente ao autoclave até 134°C por 4.000 vezes. Acompanha lâmpada. Fabricada em aço inoxidável. Comprimento total aproximado de 18 mm e da ponta até a base interna de 130 mm. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade normas da ABNT. Garantia mínima de 01 ano a contar a partir da data da entrega. Similar ao modelo Lâmina Laringoscópio Convencional Standard Macintosh Curva MD Nº. 03. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 328278.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			4				
118 3036000000505	UNIDADE	--	--	--	4	0	4	--	--
LÂMINA MACINTOSH Nº 05 – ADULTO EXTRA GRANDE									
Características Gerais: Lâmina de Laringoscópio convencional curva tamanho nº. 05 (adulto médio), com extremidades arredondadas e é resistente ao autoclave até 134°C por 4.000 vezes. Acompanha lâmpada. Fabricada em aço inoxidável. Comprimento total aproximado de 22 mm e da ponta até a base interna de 150 mm. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade normas da ABNT. Garantia mínima de 01 ano a contar a partir da data da entrega. Similar ao modelo Lâmina Laringoscópio Convencional Standard Macintosh Curva MD Nº. 05. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 272237.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			4				
TOTAL LICITADO:								R\$ 0,00	

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
119	3036000000465	CAIXA 100 UN.	--	--	--	5	0	5	--
	LAMÍNULA - 24 X 40 MM Características Gerais: Lamínula de vidro para microscópio. Dimensões: 24 x 40 x 0,13 - 0,16 mm (L x C x E). Embaladas a vácuo e em papel aluminizado. Embalagem externa revestida em plástico. Apresentação: caixa com 100 unidades. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Lamínula 24 x 40 mm Cover Glass FL6-40 com 100 unidades da marca Firstlab. CATMAT: 409645.								
	346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO		5				
120	3036000000580	UNIDADE	--	--	--	22	0	22	--
	LANTERNA CLÍNICA LED Características Gerais: Lanterna Led portátil utilizado para auxiliar a iluminação nos exames clínicos de rotinas em Hospitais, Clínicas e Consultórios médicos em geral; Uso de 2 pilhas pequenas AAA. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Lanterna Clínica LED da marca Missouri Mikatos. CATMAT: 445191.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		21				
	266/2026	11010008	CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS		1				
121	3009000000053	CAIXA	--	--	--	105	0	105	--
	LENÇO SUAVE SEM PERFUME - CAIXA COM 50 UNIDADES Características Gerais: Lenços duplos descartáveis. Dimensões aproximadas: 14,2 x 21,2 cm. Sem perfume. Caixa com 50 unidades. Similar ao produto da marca kleenex classic. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 601018.								
	177/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		5				
	316/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS		100				
122	3036000000725	CAIXA	--	--	--	1	0	1	--
	LUVA CIRÚRGICA - TAMANHO 6,0 CARACTERÍSTICAS GERAIS: Luva cirúrgica (par); material: látex natural; tamanho: 6,0; estéril; comprimento mínimo: 26,5 cm; lubrificada com pó bioabsorvível; atóxica; descartável; formato anatômico; embalagem conforme norma abnt c/ abertura asséptica. Prazo de validade mínimo de 12 meses da data de entrega. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. caixa com 200 pares. CATMAT: 620094.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		1				
123	3036000000418	PAR	--	--	--	1448	0	1448	--
	LUVA CIRÚRGICA - TAMANHO 6,5 Características Gerais: Luva cirúrgica (par); Material: látex natural; Tamanho: 6,5; Estéril; Comprimento mínimo: 26,5 cm; Lubrificada com pó bioabsorvível; Atóxica; Descartável; Formato anatômico; Embalagem conforme norma ABNT c/ abertura asséptica. Apresentação: par. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Luva Descartável Life Ultra Tamanho 6,5 da marca Lemgruber. CATMAT: 620101.								
	324/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS		48				
	346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO		1400				

TOTAL LICITADO: R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
124	303600000027	PAR	--	--	--	1630	0	1630	--
	LUVA CIRÚRGICA - TAMANHO 7,0								
	Características Gerais: Luva cirúrgica; Material: látex natural; Tamanho: 7,0; Estéril; Comprimento mínimo: 28 cm; Lubrificada com pó bioabsorvível; Atóxica; Uso descartável; Formato anatômico; Embalagem conforme norma ABNT c/ abertura asséptica. C.A. Apresentação: par. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Luva Descartável Life Ultra Tamanho 7,0 da marca Lemgruber. CATMAT: 620102.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		250				
	324/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS		380				
	346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO		1000				
125	303600000025	PAR	--	--	--	940	0	940	--
	LUVA CIRÚRGICA - TAMANHO 7,5								
	Características Gerais: Luva cirúrgica; Material: látex natural; Tamanho: 7,5; Estéril; Comprimento mínimo: 28 cm; Lubrificada com pó bioabsorvível; Atóxica; Descartável; Formato anatômico; Embalagem conforme norma ABNT c/ abertura asséptica. C.A. Apresentação: par. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Luva Descartável Life Ultra Tamanho 7,5 da marca Lemgruber. CATMAT: 620103.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		350				
	324/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS		90				
	346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO		500				
126	303600000026	PAR	--	--	--	450	0	450	--
	LUVA CIRÚRGICA - TAMANHO 8,0								
	Características Gerais: Luva cirúrgica; Material: látex natural; Tamanho: 8,0; Estéril; Comprimento mínimo: 28 cm; Lubrificada com pó bioabsorvível; Atóxica; Descartável; Formato anatômico; Embalagem conforme norma ABNT c/ abertura asséptica. C.A. Apresentação: par. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Luva Descartável Life Ultra Tamanho 8,0 da marca Lemgruber. CATMAT: 620104.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		250				
	346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO		200				
127	303600000029	PAR	--	--	--	250	0	250	--
	LUVA CIRÚRGICA - TAMANHO 8,5								
	Características Gerais: Luva cirúrgica; Material: látex natural; Tamanho: 8,5; Estéril; Comprimento mínimo: 28 cm; Lubrificada com pó bioabsorvível; Atóxica; Descartável; Formato anatômico; Embalagem conforme norma ABNT c/ abertura asséptica. C.A. Apresentação: par. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Luva Descartável Life Ultra Tamanho 8,5 da marca Lemgruber. CATMAT: 620105.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		250				
128	3036000000570	CAIXA 100 UN.	--	--	--	91	0	91	--
TOTAL LICITADO:									R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL – TAMANHO P									
Características Gerais: Luva de procedimento vinil; Tamanho P; Transparente, lubrificada com pó bioabsorvível, não estéril e fabricada em PVC. Levemente talcada; Descartável e Ambidestra; Espessura: 120 micras; Comprimento: 24 cm. Apresentação: caixa com 100 unidades. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Luva de Vinil com Pó Tamanho P com 100 unidades da marca Descarpac. CATMAT: 619857.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			91				
129 3036000000845	CAIXA	--	--	--	91	0	91	--	--
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - TAMANHO G									
Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: grande, características adicionais: lubrificada COM PÓ bioabsorvível, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração. Caixa com 100 unidades. CERTIFICADA E APROVADA PELO MINISTÉRIO DA ECONOMIA. De cordo com a RDC nº 356/20 da ANVISA e NR-6 do Ministério da Economia. Unidade se refere à caixa com 100 unidades. CATMAT: 619859.									
57/2026	11010011	CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS			11				
179/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			80				
130 30360000000556	CAIXA 100 UN.	--	--	--	295	0	295	--	--
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - TAMANHO M									
Características Gerais: Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho médio, características adicionais: lubrificada com pó bio absorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração. Apresentação: caixa com 100 unidades. Dimensões aproximadas (mínimo - variação de + ou - 10%): Comprimento: 230 x 95 mm (C x L); Espessura de dedos e palma (mínimo - variação de + ou - 10%): 0,08 a 2,00 mm. C.A. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Luva para Procedimento não Cirúrgico tamanho médio da marca Descarpac. CATMAT: 619854.									
57/2026	11010011	CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS			46				
60/2026	11010011	CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS			23				
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			17				
179/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			100				
322/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS			9				
346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO			100				
131 30360000000557	CAIXA 100 UN.	--	--	--	237	0	237	--	--
LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - TAMANHO P									
Características Gerais: Luva para procedimento não cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho pequeno, características adicionais: lubrificada com pó bio absorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração. Apresentação: caixa com 100 unidades. Dimensões aproximadas (mínimo - variação de + ou - 10%): Comprimento: 220 x 80 mm (C x L); Espessura de dedos e palma (mínimo - variação de + ou - 10%): 0,08 a 2,00 mm. C.A. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Luva para Procedimento não Cirúrgico tamanho pequeno da marca Descarpac. CATMAT: 619857.									

TOTAL LICITADO: R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
57/2026	11010011	CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS			27				
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			12				
179/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			110				
322/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS			18				
346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO			70				
132301800000040	CAIXA 100 UN.	--	--	--	23	0	23	--	--
LUVA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - TAMANHO GRANDE									
Características Gerais: Luva para procedimento cirúrgico, material látex natural íntegro e uniforme, tamanho grande, características adicionais lubrificada com pó bioabsorvível, descartável, apresentação atóxica, tipo ambidestra, tipo uso descartável, modelo formato anatômico, finalidade resistente à tração. Apresentação: caixa com 100 unidades. Dimensões aproximadas (mínimo - variação de + ou - 10%): Comprimento: 230 x 110 mm (C x L); Espessura de dedos e palma (mínimo - variação de + ou - 10%): 0,08 a 2,00 mm. C.A. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Luva para Procedimento Cirúrgico tamanho grande da marca Descarpac. CATMAT: 619859.									
176/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			23				
133303600000378	Rolo	--	--	--	20	0	20	--	--
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA - 20 X 25M									
Características Gerais: Malha tubular ortopédica, material algodão, largura 20cm, rolo com 25 metros. Prazo de validade mínimo de 12 meses da data de entrega. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 634854.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			20				
134303600000366	Rolo	--	--	--	10	0	10	--	--
MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA - 8 X 25M									
Características Gerais: Malha tubular ortopédica, material algodão, largura 8cm, rolo com 25 metros. Prazo de validade mínimo de 12 meses da data de entrega. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 628521.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			10				
1353036000000579	UNIDADE	--	--	--	18	0	18	--	--
MARTELO DE REFLEXO PARA EXAME CLÍNICO									
Características gerais: Martelo de Reflexo; Confeccionado em aço inoxidável com duas extremidades de borracha sintética; Escova rosqueada na extremidade do cabo e agulha inserida na extremidade da cabeça, os quais também são utilizados nas avaliações, porém, de sensibilidade; indicado para exames de reflexos neurológicos e avaliação de alterações de sensibilidade; Comprimento 19 cm; A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Martelo de Reflexos MD Buck da marca MD. CATMAT:243269									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			18				
1363035000001163	CAIXA	--	--	--	12	0	12	--	--
MÁSCARA CIRÚRGICA - 95 %									
Características Gerais: Máscara cirúrgica com laterais ajustáveis; Cor branca. Eficiência de filtragem bacteriana (EFB) maior que 95%; Tripla camada									
TOTAL LICITADO:								R\$ 0,00	

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
Requisição	Unidade Gestora								
179/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		com filtro; Tiras com 40 cm de comprimento; Caixa com 50 unidades. CATMAT: 485315.	12				
137 303600000020	CAIXA 100 UN.	--	--	--	786	0	786	--	--
	MÁSCARA CIRÚRGICA 3 CAMADAS - CLIP NASAL								
	Características Gerais: Máscara cirúrgica; Tipo não tecido; 3 camadas; Pregas horizontais; Atóxica; Tipo fixação com elástico; Clip nasal embutido; Hipoalergênica; Uso descartável; Cor branca. Apresentação: caixa com 100 unidades. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Máscara Cirúrgica 3 Camadas com 100 unidades da marca Medix. CATMAT: 485315.								
60/2026	11010011	CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS			3				
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			15				
296/2026	110107	SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA			600				
324/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS			18				
346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO			150				
138 3036000000790	UNIDADE	--	--	--	5	0	5	--	--
	MASSAGEADOR DE CABEÇA TENTÁCULOS - 220 V								
	Características Gerais: Massageador elétrico sem fio; Voltagem: 220 V; Para uso no couro cabeludo; Com três velocidades; Recarregador para USB e computador; Sem fio; Multi-garra; TPE; Dimensões aproximadas: 17,68 x12 x12 cm; Com massagem vibratória; Capacidade da bateria de 650 ma; Bateria de lítio com intensidade de controle 3. CATMAT: 444279.								
324/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS			5				
139 3036000000791	UNIDADE	--	--	--	5	0	5	--	--
	MASSAGEADOR DE MADEIRA - 10 ROLOS								
	Características Gerais: Massageador; Material: Madeira; Com 10 rolos; Dimensões aproximadas: 15 x 30 x 5 cm. CATMAT: 444279.								
324/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS			5				
140 3036000000789	UNIDADE	--	--	--	5	0	5	--	--
	MASSAGEADOR DE MADEIRA CARRINHO COM 4 RODAS								
	Características Gerais: Massageador; Material: madeira; Carrinho com 4 rodas; Dimensões aproximadas: 17 x 7 x 7 cm. CATMAT: 419994.								
324/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS			5				
141 3036000000585	UNIDADE	--	--	--	33	0	33	--	--
	MICROPORE 5 CM X 4,5 M								
	Características gerais: Fita hipoalérgica microporosa, confeccionada com substrato de não-tecido à base de fibras de viscose, resina acrílica e massa adesiva à base de poliacrilato hipoalergênico; indicada para curativos em regiões do corpo com alta sensibilidade, principalmente em crianças e idosos; cor Branca; Dimensões: 5 cm x 4,5 m (L x C). A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Fita Hipoalérgica Microporosa 5 cm x 4,5 m da marca Cremer. CATMAT: 483443.								
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			18				

TOTAL LICITADO: R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO			15				
142 303600000354	PACOTE 1000 UN.	--	--	--	26	0	26	--	--
	MICROTUBO PARA CENTRIFUGAÇÃO TIPO EPPENDORF - 1,5 ML								
	Características Gerais: Microtubo em polipropeno para uso laboratorial, transparente, autoclavável, tampa com trava, fundo cônico, graduado, livre de RNASE e DNASE. Capacidade de 1,5ml. Apresentação pacote com 1.000 unidades. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Microtubo Tipo Eppendorf Estéril 1,5 ml da marca Cralplast. CATMAT: 408183.								
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			26				
143 303600000179	FRASCO 100 ML	--	--	--	1	0	1	--	--
	ÓLEO DE IMERSÃO - 100 ML								
	Características Gerais: Óleo de imersão para microscopia; Densidade: (20 c) 0,950 -0,980; Índice de refração: (20 c) 1,40 - 1,50. Apresentação: frasco com 100 ml. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Óleo de Imersão para Microscopia com 100 ml da marca Laborclin. CATMAT: 334384.								
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			1				
144 3009000000051	UNIDADE	--	--	--	3	0	3	--	--
	OTOSPORIN (SOLUÇÃO OTOLÓGICA)								
	Características Gerais: Otosporin; Solução otológica; Composição: polimixina b + neomicina + hidrocortisona; Utilizado como medicação curativa intracanal; Frasco com 10mL. Prazo de validade: 80% do prazo total de validade do produto. CATMAT: 449687.								
316/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS			3				
145 303600000084	CAIXA	--	--	--	10	0	10	--	--
	PAPEL CREPADO P/ ESTERILIZAÇÃO 20 X 20								
	Características Gerais: Papel crepado p/ esterilização, material 100% celulose, geração 1ª geração, tamanho 20 x 20, coloração c/ cor, característica adicional em folha. Caixa com 500 folhas. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 442442.								
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			10				
146 303600000085	CAIXA	--	--	--	2	0	2	--	--
	PAPEL CREPADO P/ ESTERILIZAÇÃO 50 X 50								
	Características Gerais: Papel crepado p/ esterilização, material 100% celulose, geração 1ª geração, tamanho 50 x 50, coloração c/ cor, característica adicional em folha. Caixa com 500 folhas. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 452017.								
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			2				
147 303600000082	CAIXA 500 UN.	--	--	--	3	0	3	--	--
	PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZAÇÃO - 120 X 120 CM								
	Características Gerais: Papel crepado para esterilização; Material: 100% celulose; Geração: 1ª geração; Dimensões: 120 x 120 cm (L x C); Coloração:								
TOTAL LICITADO:								R\$ 0,00	

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
	com cor; Característica adicional: em folha. Apresentação: caixa com 500 folhas. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Papel Crepado para esterilização 120 x 120 cm da marca Polar Fix. CATMAT: 463210.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		3				
148	303600000230	CAIXA 500 UN.	--	--	--	3	0	3	--
	PAPEL CREPADO PARA ESTERILIZAÇÃO - 60 X 60 CM								
	Características Gerais: Papel crepado para esterilização; Material: 100% celulose; Geração: 1ª geração; Dimensões: 60 x 60 cm (L x C); Coloração: com cor; Característica adicional: em folha. Apresentação: caixa com 500 folhas. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Papel Crepado para esterilização 60 x 60 cm da marca Polar Fix. CATMAT: 456905.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		3				
149	3036000000568	Rolo	--	--	--	20	0	20	--
	PAPEL GRAU CIRÚRGICO (ROLO DE ESTERILIZAÇÃO) - 30 CM X 100 M								
	Características Gerais: Papel grau cirúrgico (rolo de esterilização); Vapor saturado (autoclave); Filme laminado de Poliéster/Polipropileno; - Temperatura: 4 a 55°C; - Umidade relativa do ar: 10 a 90%; Dimensão: 30cm x 100m. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Rolo para Esterilização 30 cm x 100 m da marca AllPrime. CATMAT: 442490.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		8				
	324/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS		2				
	346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO		10				
150	3036000000565	ROLOS	--	--	--	5	0	5	--
	PAPEL GRAU CIRÚRGICO (ROLO DE ESTERILIZAÇÃO) 05CMX100M								
	Características Gerais: Papel grau cirúrgico; Fabricados em papel 60g/m2 ou 70g/m2; Filme laminado de Poliéster com Polipropileno BOP; Impressos com indicadores químicos para vapor/ETO/Formaldeído e número de lote -versatilidade e rastreabilidade. Atendimento às normas Nacionais (NBR 14990) e Internacionais (ISO 11607) - conformidade com a legislação. Dimensão: 05 cmX100 M; Validade: 24 meses; Registro na Anvisa: 80209610005; Embalagem com 1 unidade. Deve possuir validade mínima de 18 meses do total a partir do recebimento do produto. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 442484.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		2				
	324/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS		3				
151	3036000000599	BOBINA	--	--	--	3	0	3	--
	PAPEL GRAU CIRÚRGICO (ROLO DE ESTERILIZAÇÃO) 10CM X 100M								
	Características Gerais: Papel Grau Cirúrgico 60g/m² Poliéster/Polipropileno 54g/m²; 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes; Possuem indicadores químicos que mudam de cor após entrar em contato com agente esterilizante nos processos de vapor saturado ou óxido de etileno; Filme laminado de Poliéster com Polipropileno BOP; Impressos com indicadores químicos para vapor/ETO/Formaldeído e número de lote; Atendimento às normas Nacionais (NBR 14990) e Internacionais (ISO 11607); Dimensão: 10cm x 100m. Validade: 24 meses; Validade mínima de 18 meses a partir do recebimento do produto; Embalagem com 01 rolo de 100m. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 442484.								

TOTAL LICITADO: R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
	324/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS		3				
152 3036000000782	ROLOS	--	--	--	3	0	3	--	--
PAPEL GRAU CIRÚRGICO (ROLO DE ESTERILIZAÇÃO) 12 CM X 100 M									
Características gerais: papel grau cirúrgico (rolo de esterilização) 12cmx100m indicado para fazer o isolamento dos materiais que necessitam passar pelo processo de esterilização. Composição: papel grau cirúrgico 60g/m ² poliéster/polipropileno 54g/m ² ; 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior proteção antimicrobiana. Atóxico. Isento de alvejante ótico. Cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização. Dimensão: 12cm x 100m. Prazo de validade: 80% do prazo total de validade do produto a partir da data da entrega. CATMAT: 442484.									
	324/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS		3				
153 3036000000566	Rolo	--	--	--	13	0	13	--	--
PAPEL GRAU CIRÚRGICO (ROLO DE ESTERILIZAÇÃO) 15CM X 100M									
Características Gerais: Papel grau cirúrgico (Rolo de esterilização); Composição: Papel Grau Cirúrgico 60g/m ² Poliéster/Polipropileno 54g/m ² ; 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior proteção antimicrobiana; Dimensão: 15cm x 100m; Embalagem para acondicionamento de produto odontológico e outros que devam passar por processo de esterilização; Com validade mínima de 18 meses a partir do recebimento do produto. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 443438.									
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		10				
	324/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS		3				
154 3036000000781	Rolo	--	--	--	5	0	5	--	--
PAPEL GRAU CIRÚRGICO (ROLO DE ESTERILIZAÇÃO) 8 CMX100M									
Características Gerais: Papel grau cirúrgico (rolo de esterilização) 8cmx100m indicado para fazer o isolamento dos materiais que necessitam passar pelo processo de esterilização. Composição: papel grau cirúrgico 60g/m ² poliéster/polipropileno 54g/m ² ; 03 fechamentos laterais com canais impermeáveis e uniformes para maior proteção antimicrobiana. Atóxico. Isento de alvejante ótico. Cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização. Dimensão: 8cm x 100m. Prazo de validade: 80% do prazo total de validade do produto a partir da data da entrega. CATMAT: 443438.									
	324/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS		5				
155 3036000000638	UNIDADE	--	--	--	8	0	8	--	--
PAPEL GRAU CIRÚRGICO (ROLO DE ESTERILIZAÇÃO) 20CM X 100M									
Características Gerais: Papel Grau cirúrgico 60 g/m ² utilizado para garantir a resistência mecânica, barreira microbiológica e o controle da porosidade para manutenção da esterilidade; ·Papel Grau cirúrgico isento de furos, sem corantes, repelente a líquidos, resistente a rasgos e inodoro; Embalagem registrada no Ministério da Saúde. Cores diferenciadas nos indicadores antes e após a esterilização. Rolo de 20cm x100 m. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 466527									
	324/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS		3				
	346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO		5				
156 3036000000553	Rolo	--	--	--	350	0	350	--	--
PAPEL LENÇOL - 50 CM X 70 M									
Características Gerais: Papel lençol; Flexível; Reciclado; Indicado para consultórios, clínicas, hospitais e ambulatórios. Dimensões: 50 cm x 70 m (L x									

TOTAL LICITADO: R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
C). A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Lençol Hospitalar Eco 50 cm x 70 m da marca Plumax. CATMAT: 485942.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			350				
157 3035000001176	Rolo	--	--	--	30	0	30	--	--
PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA - 80 MM X 30M									
Características Gerais: Papel para Eletrocardiograma ECG - 80 mm x 30 m; uso de impressão térmica; registro por cabeça térmica. CATMAT: 414366.									
179/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			30				
158 3036000000593	Jogo	--	--	--	1	0	1	--	--
PÁS ADESIVAS ELETRODO DESCARTÁVEL ADULTO - COMPATÍVEL COM DESFIBRILADOR DEA LIFE 400 FUTURA (MODELO ANTIGO CONECTOR AZUL COM BRANCO - CMOSDRAKE									
Características Gerais: Pás adesivas; Descartáveis para uso adulto são constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos, ambos equipados com cabo com um único conector bipolar para a ligação direta ou indireta ao desfibrilador/estimulador; possui forma arredondada dos eletrodos contribui para reduzir o risco de desuniformidade na densidade de corrente; Isolamento dos materiais de proteção e o conector protegido limitam o perigo de micro choques elétricos indesejados; embaladas em sacos herméticos de material opaco destinado a proteger o gel da luz e da umidade; descartáveis, indicadas para seguintes aplicações de desfibrilação externa, Cardioversão sincronizada transtorácica e/ o transesófaga, Eletro estimulação cardíaca temporária transtorácica (não invasiva), monitorização eletrocardiográfica. Indicadas para uso em equipamentos similares desfibrilador externo automático - DEA - modelo Life 400 futura e no Cardioversor Bifásico - modelo Life 400 Plus futura, ambos da MARCA CMOS DRAKE. embalagem apresenta 1 Jogo com 2 Eletrodos. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Pás Adesivas Eletrodo Descartável Adulto para Desfibrilador DEA LIFE 400 da marca CMOS Drake / Adulto. CATMAT: 462281.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			1				
159 3036000000594	Jogo	--	--	--	1	0	1	--	--
PÁS ADESIVAS ELETRODO DESCARTÁVEL INFANTIL - COMPATÍVEL COM DESFIBRILADOR DEA LIFE 400 FUTURA (MODELO ANTIGO CONECTOR AZUL COM BRANCO - CMOSDRAKE									
Características gerais: Pás adesivas; Descartáveis para uso infantil são constituídas por um par de eletrodos pré-gelificados, auto adesivos, ambos equipados com cabo com um único conector bipolar para a ligação direta ou indireta ao desfibrilador/estimulador; possui forma arredondada dos eletrodos contribui para reduzir o risco de desuniformidade na densidade de corrente; Isolamento dos materiais de proteção e o conector protegido limitam o perigo de micro choques elétricos indesejados; embaladas em sacos herméticos de material opaco destinado a proteger o gel da luz e da umidade; descartáveis, indicadas para seguintes aplicações de desfibrilação externa, Cardioversão sincronizada transtorácica e/ o transesófaga, Eletro estimulação cardíaca temporária transtorácica (não invasiva), monitorização eletrocardiográfica. Indicadas para uso em equipamentos similares desfibrilador externo automático - DEA - modelo Life 400 futura e no Cardioversor Bifásico - modelo Life 400 Plus futura, ambos da MARCA CMOS DRAKE. embalagem apresenta 01 Jogo com 2 Eletrodos. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Pás Adesivas Eletrodo Descartável Infantil para Desfibrilador DEA LIFE 400 da marca CMOS Drake / Infantil. CATMAT: 462281.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			1				
160 3036000000516	UNIDADE	--	--	--	4	0	4	--	--
								TOTAL LICITADO:	R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
PINÇA DISSECÇÃO ADSON COM DENTE - 12 CM									
Características Gerais: Pinça dissecção Adson com dente, delicada em sua extremidade utilizada em sua maioria em operações estéticas na imobilização de tecidos (moles) a serem seccionados ou suturados; Cabo curto e largo; Fabricado em aço inoxidável AISI-410 ou AISI-420, autoclavável, não cortante; Tamanho: 12 cm. Embalada de forma individual em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Fabricada de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT, CE. Deve constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Pinça Adson 1 x 2 Dentes com 12 cm da marca Stark. CATMAT: 467991.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			4				
161	3036000000517	UNIDADE	--	--	--	4	0	4	--
PIN&CCEDIL;A DISSEC&CCEDIL;&ATILDE;O ADSON COM SERRILHA - 12 CM									
Características Gerais: Pinça dissecção Adson com serrilha, delicada em sua extremidade utilizada em sua maioria em operações estéticas na imobilização de tecidos (moles) a serem seccionados ou suturados; Cabo curto e largo; Fabricado em aço inoxidável AISI-410 ou AISI-420, autoclavável, não cortante. Tamanho: 12 cm. Embalada de forma individual em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Fabricada de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT, CE. Deve constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Pinça Adson 1 x 2 Serrilha com 12 cm da marca Stark. CATMAT: 468001.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			4				
162	3036000000703	UNIDADE	--	--	--	5	0	5	--
PINÇA ADSON BROWN - 12 CM									
Características Gerais: Pinça Adson Brown; Material: confeccionada em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação; Instrumento cirúrgico não articulado não cortante; Utilizado para apreensão de tecidos em diversos tipos de cirurgia; Tamanho: 12 cm. Embalada de forma individual em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Fabricada de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT, CE. Deve constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Pinça Adson Brown com 12 cm da marca ABC Instrumentos. CATMAT: 468016.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			5				
163	3010000000186	UNIDADE	--	--	--	6	0	6	--
PINÇA ALLIS - 15 CM									
Características Gerais: Pinça Allis; Material: Aço Inox; Autoclavável; Tamanho: 15 cm; Indicado para uso em cirurgia. CATMAT: 467750.									
174/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			4				
309/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS			2				
164	3036000000510	UNIDADE	--	--	--	10	0	10	--
PINÇA ALLIS 18CM									
Características Gerais: Pinça Allis 18cm - 5x6; utilizada para uso geral principalmente para intestino e preensão de tecidos, com mínima lesão. Fabricado em aço inoxidável AISI-420. Embalado de forma individual em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade normas da ABNT. Deve constar registro e certificado no Ministério da Saúde. Garantia mínima de 10 anos a contar a partir da data da entrega. CATMAT: 472078.									
TOTAL LICITADO:									R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			10				
165 303500000155	UNIDADE	--	--	--	30	0	30	--	--
	PINÇA ANATOMICA - 14CM								
	Características Gerais: Pinça anatômica de dissecação; Material: aço inoxidável; Tamanho: 14 cm; Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, CE. CATMAT: 467745.								
179/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			30				
166 303500000156	UNIDADE	--	--	--	23	0	23	--	--
	PINÇA ANATOMICA - 18 CM								
	Características Gerais: Pinça anatômica de dissecação; Material: aço inoxidável; Tamanho: 18 cm. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade normas da ABNT, CE. CATMAT: 467747.								
57/2026	11010011	CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS			2				
179/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			21				
167 303500000157	UNIDADE	--	--	--	11	0	11	--	--
	PINÇA ANATOMICA - 25 CM								
	Características Gerais: Pinça anatômica de dissecação; Material: aço inoxidável; Dimensão: 25 cm. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT, CE. CATMAT: 467748.								
94/2026	11010010	CENTRO DE ENGENHARIAS			4				
179/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			7				
168 3036000000650	UNIDADE	--	--	--	10	0	10	--	--
	PINÇA ANATÔMICA DENTE DE RATO - 16 CM								
	Características gerais: Pinça anatômica dente de Rato; Material: confeccionada em aço inoxidável AISI-420; Tamahno: 16 cm. Embalada de forma individual em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Fabricada de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT, CE. Deve constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Pinça Anatômica Dente de Rato com 16 cm da marca ABC Instrumentos. CATMAT: 467997.								
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			10				
169 3036000000518	UNIDADE	--	--	--	7	0	7	--	--
	PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO COM SERRILHA - 16 CM								
	Características Gerais: Pinça anatômica dissecação com serrilha; Material: confeccionada em aço inoxidável AISI-420 Tamanho: 16 cm. Embalada de forma individual em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Fabricada de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT, CE. Deve constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Pinça Anatômica para Dissecação com Serrilha com 16 cm da marca ABC Instrumentos. CATMAT: 467999.								
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			7				

TOTAL LICITADO: R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
170	3036000000512	UNIDADE	--	--	--	10	0	10	--
	PINÇA BACKHAUS 16 CM								
	Características Gerais: Pinça cirúrgica, modelo backhaus, comprimento 16cm, utilizada para uso em cirurgia geral para fixar os campos cirúrgicos (tecidos) estéreis, fabricado em aço inoxidável AISI-420. Embalado de forma individual em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade normas da ABNT. Deve constar registro e certificado no Ministério da Saúde. Garantia mínima de 10 anos a contar a partir da data da entrega. CATMAT: 467871.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		10				
171	3036000000554	CAIXA 100 UN.	--	--	--	10	0	10	--
	PINÇA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL - 24,5 CM								
	Características Gerais: Pinça cirúrgica; Material: Polipropileno; Cheron; Descartável; Não Estéril; Tamanho: 24,5 cm; Apresentação: Caixa com 100 unidades. Fabricada de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT, CE. Deve constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Pinça Cheron não Estéril Descartável com 24,5 cm com 100 unidades da marca Kolplast. CATMAT: 467874.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		10				
172	3010000000076	UNIDADE	--	--	--	12	0	12	--
	PINÇA CLÍNICA - 16 CM								
	Características Gerais: Pinça clínica para uso geral no consultório (pinça de algodão); Material: Aço inoxidável; Autoclavável; Tamanho: 16 cm. CATMAT: 437386.								
	174/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		8				
	309/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS		4				
173	3036000000705	UNIDADE	--	--	--	10	0	10	--
	PINÇA CRILE CURVA - 16 CM								
	Características Gerais: Pinça Hemostática Crile Curva; Especialidade: para uso geral; Material: confeccionada em aço inoxidável AISI-420; Tamanho: 16 cm. Embalada de forma individual em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Fabricada de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT, CE. Deve constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Pinça Crile (Hemostatica) Curva com 16 cm da marca ABC Instrumentos. CATMAT: 467850.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		10				
174	3036000000651	UNIDADE	--	--	--	4	0	4	--
	PINÇA CRILE RETA - 16 CM								
	Características Gerais: Pinça crile reta; Para uso geral; Material: aço inoxidável AISI-420; Tamanho: 16 cm. Embalada de forma individual em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Fabricada de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT, CE. Deve constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Pinça Crile Reta com 16 cm da marca ABC Instrumentos. CATMAT: 467845.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		4				

TOTAL LICITADO: R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
175	303500000342	UNIDADE	--	--	--	1	0	1	--
	PINÇA DE MOHR								
	Características Gerais: Pinça de Mohr, Latão Cromado, Tamanho 60 mm. Usada para impedir ou reduzir a passagem de gases ou líquidos através de tubos flexíveis. CATMAT: 423978.								
	179/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		1				
176	3036000000519	UNIDADE	--	--	--	4	0	4	--
	PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12 CM								
	Características Gerais: Pinça Halstead Mosquito com ponta curva e serrilhada. Utilizada para promover a Hemostasia (estancamento) através da compressão dos vasos sanguíneos, segurar fios de sutura e prender tecidos. Possui travas para mantê-las fechadas. Fabricado em aço inoxidável AISI-420. Embalado de forma individual em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade normas da ABNT. Deve constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA. Garantia mínima de 10 anos a contar a partir da data da entrega. Similar ao modelo Pinça Halstead Mosquito Curva 12 cm - ABC. CATMAT: 467861.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		4				
177	3035000000970	UNIDADE	--	--	--	4	0	4	--
	PINÇA HISTOLÓGICA - 12 CM								
	Características Gerais: Pinça Histológica Reta; Com ponta fina (não pode ser dente de rato); Material: Aço Inoxidável AISI-410; Tamanho mínimo: 12 cm; Embalagem Plástica individual; Constando os dados de identificação; Procedência e rastreabilidade; Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade; Normas da ABNT; Garantia: 10 anos. CATMAT: 424859.								
	179/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		4				
178	3036000000520	UNIDADE	--	--	--	12	0	12	--
	PINÇA KELLY CURVA - 14 CM								
	Características Gerais: Pinça cirúrgica, modelo Kelly, comprimento 14 cm, tipo ponta curva e serrilhada que ocupa cerca de 2/3 de sua extensão sendo utilizada para procedimento de pinçamento (Hemostasia), material aço inoxidável AISI-420. Embalado de forma individual em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade normas da ABNT. Deve constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA. Garantia mínima de 10 anos a contar a partir da data da entrega. Similar ao modelo Pinça Kelly ABC 14 cm Curva. CATMAT: 467838.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		10				
	324/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS		2				
179	3036000000521	UNIDADE	--	--	--	12	0	12	--
	PINÇA KELLY RETA - 14 CM								
	Características Gerais: Pinça cirúrgica Kelly ponta reta e serrilhada que ocupa cerca de 2/3 de sua extensão sendo utilizada para procedimento de pinçamento (Hemostasia), Material: confeccionada em aço inoxidável AISI-420; Tamanho: 14 cm. Embalada de forma individual em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Fabricada de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT, CE. Deve constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Pinça Kelly Reta com 14 cm da marca ABC Instrumentos. CATMAT: 467838.								

TOTAL LICITADO: R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		10				
	324/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS		2				
180	3036000000677	UNIDADE	--	--	--	10	0	10	--
	PINÇA KOCHER RETA - 16 CM								
	Características gerais: Pinça Kocher reta; Instrumento cirúrgico articulado não cortante; Utilizada para hemostasia; Material: confeccionada em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação; Hastes arredondadas; Tamanho: 16 cm. Embalada de forma individual em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Fabricada de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT, CE. Deve constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Pinça Kocher Reta com 16 cm da marca ABC Instrumentos. CATMAT: 467801.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		10				
181	3036000000522	UNIDADE	--	--	--	5	0	5	--
	PINÇA MIXTER 16 CM								
	Características Gerais: Pinça Mixter com ponta curvada em cerca de 90º utilizada para pinçamento (Hemostasia). Fabricado em aço inoxidável AISI-420. Embalado de forma individual em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade normas da ABNT. Deve constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA. Garantia mínima de 10 anos a contar a partir da data da entrega. Similar ao modelo Pinça Mixter Baby (Hemostática) Stark 16 cm. CATMAT: 467789.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		5				
182	3010000000225	UNIDADE	--	--	--	7	0	7	--
	PINÇA PARA CARBONO TIPO MULLER								
	Características gerais: pinça para carbona tipo muller. Aço inox. Autoclavável. Indicado para segurar o carbono no teste de oclusão. Garantia pelo fabricante. Validade indeterminada. Peso aproximado: 30g. Embalagem com 1 unidade. CATMAT: 427616.								
	174/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		2				
	309/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS		5				
183	3010000000036	UNIDADE	--	--	--	6	0	6	--
	PINÇA PORTA AGULHA MAYO HEGAR (14CM)								
	Características Gerais: Pinça porta agulha Mayo Hegar; Instrumento usado para sustentação de agulha cirúrgica em ambiente cirúrgico; prender agulha de sutura; Cabo tipo tesoura com cremalheira; Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420; Tamanho 14 cm; Autoclavável. CATMAT: 486760.								
	174/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		3				
	309/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS		3				
184	3010000000252	UNIDADE	--	--	--	4	0	4	--
	PINÇA PORTA GRAMPO PALMER								
	Características Gerais: Pinça para porta grampo palmer é indicada para levar o grampo ao dente, em um procedimento de isolamento absoluto. Fabricada em aço inoxidável e Autoclavável. Garantia Total de 10 anos, contra defeito de fabricação comprovado. CATMAT: 252895.								
	174/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		2				
	309/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS		2				
TOTAL LICITADO:									R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
185 303500000158		UNIDADE	--	--	--	32	0	32	--
	PINÇA RELOJOEIRO								
	Características Gerais: Pinça relojoeiro; reta; Material: aço inox; Tamanho: 14 cm. CATMAT: 468058.								
179/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			32				
186 3036000000620		CAIXA	--	--	--	25	0	25	--
	PLACAS DE PONTO-SEMENTE COM MICROPORE CIRCULAR PARA AURICULOTERAPIA - 30 PLACAS.								
	Características Gerais: Estojo Plástico para agulhas de acupuntura; O ponto semente possui 70 pontos adesivos em fita microporosa e os adesivos no modelo redondo. Para facilitar o manuseio, os produtos são embalados em cartelas plásticas antiaderentes, possuem cavidades que facilitam a retirada dos adesivos e contam com um acabamento refinado de alta qualidade; Aplicação nos pontos de auriculoterapia para estímulo local. Caixa com 30 placas. CATMAT: 615046.								
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			25				
187 303600000184		PACOTE 1000 UN.	--	--	--	2	0	2	--
	PONTEIRA AMARELA - 1.000 UN.								
	Características Gerais: Ponteira amarela; Capacidade 0 a 200 uL (microlitros); Material: polipropileno; Indicada para aliquotagem de líquidos; Ponteira com ranhuras; Autoclavável; Sem filtro; Tipo: universal; Cor: amarela. Apresentação: pacote com 1.000 unidades. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Ponteira Amarela de 0-200 uL sem Filtro Tipo Universal com 1.000 unidades da marca Cralplast. CATMAT: 408699.								
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			2				
188 3036000000523		UNIDADE	--	--	--	10	0	10	--
	PORTA AGULHA CRILE WOOD 18 CM								
	Características Gerais: Porta agulha Crile Wood 18cm, utilizada na confecção de suturas. Fabricado em aço inoxidável AISI-420. Embalado de forma individual em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade normas da ABNT. Deve constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA. Garantia mínima de 10 anos a contar a partir da data da entrega. CATMAT: 471218.								
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			10				
189 3036000000524		UNIDADE	--	--	--	4	0	4	--
	PORTA AGULHA MAYO HEGAR - 16 CM								
	Características Gerais: Porta agulha Mayo Hegar; Com serrilha utilizado para portar a agulha enquanto é feita a confecção de suturas em tecidos durante os procedimentos cirúrgicos. Material: confeccionado em aço inoxidável AISI-420; Tamanho: 16 cm. Embalada de forma individual em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Fabricada de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT, CE. Deve constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Porta Agulha Mayo Hegar com 16 cm da marca ABC Instrumentos. CATMAT: 471166.								
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			4				
TOTAL LICITADO:									R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
190	3010000000023	UNIDADE	--	--	--	1	0	1	--
	PORTA ALGODÃO PARA ROLETE INÓX 10X5,5CM								
	Características Gerais: Porta algodão; Indicado para o acondicionamento de rolos de algodão; Material: Inox; Dimensões 10 x 5,5 cm; Podendo ser esterilizado em estufas e autoclaves após limpeza e secagem; Evitar uso de material abrasivo pois a longa exposição a produtos químicos podem causar manchas ou perfurações. CATMAT: 442282.								
	174/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			1			
191	30360000000467	PACOTE 100 UN.	--	--	--	8	0	8	--
	PORTA LÂMINA PARA CITOLOGIA - CAPACIDADE PARA 3 LÂMINAS								
	Características Gerais: Porta Lâmina para citologia; Material: confeccionado em polipropileno; Utilizado em transporte e armazenamento de processos histológicos e citológicos; Cuba vertical com rachaduras; Tampa com trava de rosca e capacidade de 3 lâminas. Dimensões: internas aproximadas - 29 x 81 mm (L x A) e externas aproximadas - 30 x 81 mm (L x A). Peso aproximado de 0,9 g. Apresentação: pacote com 100 unidades. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Porta Lâmina para Citologia com Capacidade para 3 Lâminas com 100 unidades da marca Cral. CATMAT: 412639.								
	60/2026	11010011	CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS			4			
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			4			
192	30090000000044	Litro	--	--	--	6	0	6	--
	POVIDINE TÓPICO 1000ML								
	Características Gerais: POVIDINE TÓPICO 1000 ML. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 375690.								
	61/2026	11010011	CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS			6			
193	30360000000590	CAIXA	--	--	--	2	0	2	--
	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE								
	Características Gerais: Preservativo sem lubrificante; Produto para uso médico em exames ultrassonografia; Alta transparência; Permite maior nitidez na captação das imagens; Sem lubrificante; Embalados individualmente; Composição: Látex de borracha natural. Apresentação: caixa com 144 unidades. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Preservativo não Lubrificado com 144 unidades da marca Madeitex. CATMAT: 332814.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			2			
194	30360000000468	PACOTE 100 UN.	--	--	--	20	0	20	--
	PROPÉ DESCARTÁVEL - 30 G								
	Características Gerais: Propé Descartável (sapatilha descartável) com formato anatômico; Gramatura: 30 g; Uso único e individual; Possui baixo desprendimento de partículas; Elástico na boca e na sola; Material: confeccionado em 100% polipropileno. Apresentação: pacote com 100 unidades. Deve constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Propé Sapatilha em TNT Branco Gramatura 30 g com 100 unidades da marca Protdesc. CATMAT: 436853.								

TOTAL LICITADO: R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		10				
	346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO		10				
195	303600000396	UNIDADE	--	--	--	55	0	55	--
	PUNCH 3MM								
	Características Gerais: Punch descartável para biópsia de pele; Diâmetro 3 mm; Lâmina circular de aço inox acoplada a uma haste plástica; Uso veterinário. Prazo de validade mínimo de 12 meses da data de entrega. CATMAT: 457242.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		25				
	346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO		30				
196	303600000397	UNIDADE	--	--	--	85	0	85	--
	PUNCH 6MM								
	Características Gerais: Punch descartável para biópsia de pele; Material: lâmina circular de aço inox acoplada a uma haste plástica; Diâmetro 6 mm. Uso veterinário. Prazo de validade mínimo de 12 meses da data de entrega. CATMAT: 457249.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		55				
	346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO		30				
197	3036000000578	UNIDADE	--	--	--	9	0	9	--
	RÉGUA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA DE MADEIRA								
	Características Gerais: Régua antropométrica pediátrica; Material: Madeira marfim; Utilizada para mensurar a altura da criança; Escala de 100 cm graduação em milímetros numeradas a cada centímetro; possui marcador removível. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Régua Antropométrica - 100cm - Infantil - Madeira - da marca Carci. CATMAT: 442454.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		9				
198	3036000000551	EMBALAGEM	--	--	--	75	0	75	--
	SACO PARA LIXO HOSPITALAR - 30 L								
	Características Gerais: Saco plástico para lixo hospitalar 30 l; Cor: branco leitoso; Material: confeccionado em polietileno de alta densidade; Dimensões: 59 x 62 cm. Apresentação: embalagem com 100 unidades. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar à marca Plásticos Jurema. CATMAT: 353775.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		75				
199	3036000000726	PACOTE	--	--	--	1	0	1	--
	SACO PLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL - 20 L								
	CARACTERÍSTICAS GERAIS: Saco plástico autoclavável 20 litros; medidas aproximadas (40 x 60) cm; similar ao modelo 2799 da marca nalgon; embalagem com 20 unidades. CATMAT: 353775.								
	105/2026	11010010	CENTRO DE ENGENHARIAS		1				
TOTAL LICITADO:									R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
200	303600000015	CAIXA 100 UN.	--	--	--	31	0	31	--
	SERINGA COMPATÍVEL COM BOMBA INFUSOMAT - 3 ML								
	Características Gerais: Seringa material polipropileno transparente (plástico), capacidade 3ml, características adicionais c/agulha (medidas aproximadas de 25 mm x 0,7 mm), êmbolo com ponta de borracha siliconizada, graduação firme e perfeitamente legível, tipo uso descartável, estéril. Seringa compatível com bomba infusomat. Apresentação: caixa com 100 unidades. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Seringa descartável Slip 03ml da marca Descarpac. CATMAT: 440373.								
	60/2026	11010011	CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS		10				
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		21				
201	303600000388	UNIDADE	--	--	--	5011	0	5011	--
	SERINGA - 3 ML								
	Características Gerais: Seringa material polipropileno transparente (plástico), capacidade 3 ml, características adicionais c/agulha (medidas mínimas de 25 mm x 0,7 mm), êmbolo com ponta de borracha siliconizada, graduação firme e perfeitamente legível, tipo uso descartável, estéril. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Seringa Descartável Luer Slip 3ml com Agulha 25 X 0,7mm da marca Descarpac. CATMAT: 417699.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		11				
	346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO		5000				
202	303600000017	CAIXA 100 UN.	--	--	--	122	0	122	--
	SERINGA - 5 ML								
	Características Gerais: Seringa; Material: polipropileno transparente (plástico); Capacidade: 5 ml; Com agulha; Tamanho 0,70 x 25 mm; Embolo com ponta de borracha siliconizada; Graduação firme e perfeitamente legível; Tipo uso descartável, estéril. Apresentação: caixa com 100 unidades. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Seringa 5ml com agulha 25x0,7 Luer Lock - Ref. 990628 - BD - unidadeCATMAT: 417794.								
	60/2026	11010011	CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS		50				
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		21				
	324/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS		1				
	346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO		50				
203	3036000000716	CAIXA	--	--	--	1	0	1	--
	SERINGA 0,3ML, COM AGULHA 6X0,25								
	CARACTERÍSTICAS GERAIS: seringa para insulina 0,3 ml (15/64"); agulha ultrafina 6 x 0,25 mm 31g. caixa. com tubo graduado e êmbolo móvel, conectado a agulha; fabricadas com material atóxico, apirogênico e látex free. agulha ultra fina: aço inoxidável de grau cirúrgico especial; capacidade: 0,3 ml (15/64"); agulha: 6mm x 0,25 mm; contém: 100 unidades. CATMAT: 417791.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		1				
204	303600000016	CAIXA	--	--	--	32	0	32	--
								TOTAL LICITADO:	R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
SERINGA 1ML									
Características Gerais: Seringa material polipropileno transparente (plástico), capacidade 1ml, características adicionais c/agulha, embolo com borracha siliconizada, graduação firme e perfeitamente legível, tipo uso descartável, estéril. Caixa com 100 unidades.CATMAT: 443469.									
60/2026	11010011	CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS			20				
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			12				
205 3036000000719	UNIDADE	--	--	--	30	0	30	--	--
SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA - 60ML									
CARACTERÍSTICAS GERAIS: seringa material polipropileno transparente (plástico), capacidade 60 ml, tipo bico central luer lock, componente analgesia controlada pelo paciente, esterilidade descartável, estéril. prazo de validade mínimo de 12 meses da data de entrega; o item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 417277									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			30				
206 3036000000425	UNIDADE	--	--	--	80	0	80	--	--
SERINGA COMPATÍVEL COM BOMBA INFUSOMAT - 1 ML									
Características Gerais: Seringa material polipropileno transparente (plástico), capacidade 1ml, características adicionais – compatível com bomba infusomat, graduação de 1 em 1ml, componente analgesia controlada pelo paciente esterilidade descartável, estéril, modelo perfusora. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Seringa de Insulina com Agulha Plastipak 1ml 0,38 x 13mm BD. CATMAT: 417795.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			80				
207 3036000000402	UNIDADE	--	--	--	400	0	400	--	--
SERINGA COMPATÍVEL COM BOMBA INFUSOMAT - 20 ML									
Características Gerais: Seringa material polipropileno transparente (plástico), capacidade 20 ml, características adicionais – Com agulha; compatível com bomba infusomat, graduação de 1 em 1ml, componente analgesia controlada pelo paciente esterilidade descartável, estéril, modelo perfusora. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Seringa Hipodérmica Estéril Luer Slip com Agulha SR (20ML/AG0,7X25). CATMAT: 417790.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			400				
208 3035000000171	CAIXA	--	--	--	21	0	21	--	--
SERINGA DE PLASTICO - 1 ML									
Características Gerais: Seringa de plástico; Capacidade: 1 ml; Com agulha; Caixa com 100 unidades. CATMAT: 417795.									
57/2026	11010011	CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS			3				
179/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			18				
209 3035000000173	CAIXA	--	--	--	27	0	27	--	--
SERINGA DE PLÁSTICO - 10 ML									
Características Gerais: Seringa de plástico; Capacidade: 10 ml; Com agulhas. Caixa com 100 unidades. CATMAT: 417796.									
57/2026	11010011	CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS			3				
94/2026	11010010	CENTRO DE ENGENHARIAS			4				
TOTAL LICITADO:								R\$ 0,00	

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
179/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			20				
210 303500000172	CAIXA	--	--	--	8	0	8	--	--
	SERINGA DE PLÁSTICO - 3 ML								
	Características Gerais: Seringa de plástico; Capacidade: 3 ml; Com agulha; Caixa com 100 unidades. CATMAT: 417699.								
57/2026	11010011	CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS			8				
211 303500000273	CAIXA	--	--	--	23	0	23	--	--
	SERINGA DE PLÁSTICO - 5 ML								
	Características Gerais: Seringa de plástico; Capacidade: 5 ml; Com agulhas; Caixa com 100 unidades. CATMAT: 417794.								
57/2026	11010011	CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS			8				
94/2026	11010010	CENTRO DE ENGENHARIAS			4				
179/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			11				
212 303500000175	UNIDADE	--	--	--	11	0	11	--	--
	SERINGA DE VIDRO - 10 ML								
	Características Gerais: Seringa de vidro de 10 ml. CATMAT: 447249.								
94/2026	11010010	CENTRO DE ENGENHARIAS			10				
179/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			1				
213 3010000000098	UNIDADE	--	--	--	10	0	10	--	--
	SERINGA DE VIDRO 10 ML BICO LUER LOCK								
	Características Gerais: Seringa de vidro; Bico luer lock; Capacidade: 10 ml; Produto destinado para coleta de amostras e aplicação de solventes; Não estéril. CATMAT: 439617.								
309/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS			10				
214 303500000275	CAIXA	--	--	--	7	0	7	--	--
	SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA- 20 ML								
	Características Gerais: Seringa de plástico; Sem agulha; Descartável; Capacidade: 20 ml; Caixa com 100 unidades. CATMAT: 418733.								
57/2026	11010011	CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS			3				
179/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			4				
215 3036000000575	UNIDADE	--	--	--	200	0	200	--	--
	SERINGA DESCARTÁVEL LUER LOCK - 3 ML (SEM AGULHA)								
	Características Gerais: Seringa descartável 03ml; Sem agulha; Material Polipropileno; Estéril; Possui bicos Luer Lock. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 417699.								
60/2026	11010011	CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS			200				

TOTAL LICITADO: R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade							
		Unidade Gestora							
216	303600000389	UNIDADE	--	--	--	325	0	325	--
	SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA - 1 ML								
	Características Gerais: Seringa material polipropileno transparente (plástico), capacidade 1 ml, características adicionais c/agulha (medidas mínimas de 13 mm x 0,45 mm), embolo com borracha siliconizada, graduação firme e perfeitamente legível, tipo uso descartável, estéril. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Seringa Descartável BD 01 ml Luer Slip Insulina com Agulha 13 x 0,38 mm. CATMAT: 417795.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		325				
217	3036000000545	UNIDADE	--	--	--	100	0	100	--
	SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA - 3 ML								
	Características Gerais: Seringa descartável com agulha de 3 ml. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Seringa Descartável BD 3 ml com Agulha da marca Becton Dickinson. CATMAT: 417795.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		100				
218	3036000000546	UNIDADE	--	--	--	70	0	70	--
	SERINGA DESCARTÁVEL COM AGULHA - 5 ML								
	Características Gerais: Seringa descartável com agulha de 5 ml. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Seringa Descartável Luer Slip 5 ml com Agulha 25 x 0,7 mm da marca Descarpac. CATMAT: 417794.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		70				
219	3036000000571	UNIDADE	--	--	--	480	0	480	--
	SERINGA DESCARTÁVEL LUER LOCK - 10 ML (COM AGULHA 25 X 7 MM)								
	Características Gerais: Seringa Descartável Luer Lock; Capacidade: 10 ml; com agulha com acoplamento Luer Lock; Acompanha agulha 25 x 7 mm. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 421829.								
	60/2026	11010011	CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS		300				
	324/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS		180				
220	3036000000428	UNIDADE	--	--	--	50	0	50	--
	SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA - 10 ML								
	Características Gerais: Seringa material polipropileno transparente (plástico), capacidade 10 ml, tipo bico central luer lock, características adicionais êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, graduação de 0,2 em 0,2 ml, numerada de 1 em 1 ml, esterilidade descartável, estéril. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar à marca Injex. CATMAT: 417796.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		50				
221	301800000157	CAIXA 100 UN.	--	--	--	22	0	22	--
	SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA - 20 ML								
	Características Gerais: Seringa material polipropileno transparente (plástico), capacidade 20 ml, tipo bico central luer lock, características adicionais compatível com bomba infusomat, graduação graduada de 1 em 1ml, componente analgesia controlada pelo paciente, esterilidade descartável, estéril,								
TOTAL LICITADO:									R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
	modelo perfusora. Apresentação: caixa com 100 unidades. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Seringa Descartável sem Agulha com 20 ml com 100 unidades da marca Descarpac. CATMAT: 457844.								
	176/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		22				
222	303600000021	CAIXA	--	--	--	15	0	15	--
	SERINGA TRANSPARENTE 10ML								
	Características Gerais: Seringa, material polipropileno transparente (plástico), capacidade 10ml, bico central ou luer lock, características adicionais êmbolo com ponteira de borracha siliconizada, graduação graduadas de 0,2 em 0,2ml, numerada de 1 em 1ml, esterilidade descartável, estéril. Caixa com 100 unidades. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 417796.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		5				
	346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO		10				
223	3036000000358	CAIXA 100 UN.	--	--	--	7	0	7	--
	SERINGAS PARA INSULINA COM AGULHA FIXA - 0,5 ML								
	Características Gerais: Seringa para insulina; Estéril, atóxica, apirogênica, livre de latex, de uso único. Com agulha fixa - residual de insulina zero - perda mínima de medicamento-bisel trifacetado siliconizada em toda sua extensão com silicone grau médico; Volume nominal: 0,5 ml/0,5 cc para stillly line de 50 unidades (50 u.i.) Escala de graduação: leitura da graduação, linhas e numeração da escala impressos de forma legível. Graduação 50 ui: escala com intervalo de 1 em 1 unidade. Calibre: agulha curta 8,0 x 0,3 mm (30 g). Apresentação: caixa com 100 seringas. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar a marca BD. CATMAT: 417793.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		7				
224	30090000000050	UNIDADE	--	--	--	3	0	3	--
	SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA TÓPICA - 10 ML								
	Características Gerais: Solução Hemostática tópica; Contém epinefrina; É atóxico; O hemostático líquido é indicado para controle do sangramento e do fluido crevicular gengival; Frasco com 10 ml; Prazo de validade: 80% do prazo total de validade do produto a partir da entrega. CATMAT: 268255.								
	316/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS		3				
225	3036000000056	UNIDADE	--	--	--	10	0	10	--
	SONDA ENDOTRAQUEAL 5,5 MM - COM BALÃO								
	Características Gerais: Sonda endotraqueal (5,5 mm), de PVC com silicone (termosensível), com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer e luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 454407.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		10				
226	3036000000376	UNIDADE	--	--	--	10	0	10	--
	SONDA ENDOTRAQUEAL 10 MM - COM BALÃO								
	Características Gerais: Sonda endotraqueal (10 mm), de PVC com silicone (termosensível), com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer e luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade retraída								
TOTAL LICITADO:									R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
Requisição	Unidade Unidade Gestora								
	atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 454404.								
346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO			10				
227	3036000000415	UNIDADE	--	--	--	20	0	20	--
	SONDA ENDOTRAQUEAL 6,5 MM - COM BALÃO								
	Características Gerais: Sonda endotraqueal; Tamanho: 6,5 mm; Material: PVC com silicone (termosensível); Com balão de baixa pressão e alto volume; Balão azul de controle com encaixe para seringas luer e luer-lock; Conector semi-montado; Transparente; Graduado; Linha radiopaca contínua; Extremidade retraída atraumática; Orifício Murphy; Estéril, para intubação oral e nasal. Prazo de validade mínimo de 12 meses a partir da data de entrega. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 454401.								
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			20				
228	3036000000053	UNIDADE	--	--	--	10	0	10	--
	SONDA ENDOTRAQUEAL 3,0 MM - COM BALÃO								
	Características Gerais: Sonda endotraqueal (3,0 mm), de PVC com silicone (termosensível), com balão de baixa pressão e alto volume, balão azul de controle com encaixe para seringas luer e luer-lock, conector semi-montado, transparente, graduado, linha radiopaca contínua, extremidade retraída atraumática, orifício Murphy, estéril, para intubação oral e nasal. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 454407.								
346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO			10				
229	30360000000470	UNIDADE	--	--	--	3	0	3	--
	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 2,0								
	Características Gerais: Sonda endotraqueal n.º 2,0; Cânula para entubação em PVC atóxico com curvatura anatômica. Manguita em PVC elástico. Conector em polipropileno. Material translúcido, radiopaco e com marcações a cada 2 cm. Permite passagem de sonda de aspiração. Estéril, graduado, sem balão e em embalagem individual. Número 2,0. Deve constar registro no Ministério da Saúde. Similar a Sonda / Tubo Endotraqueal sem Balão 2,0 - Solidor. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 454407.								
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			3				
230	30360000000471	UNIDADE	--	--	--	3	0	3	--
	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 2,5								
	Características Gerais: Sonda endotraqueal n.º 2,5; Cânula para intubação em PVC atóxico com curvatura anatômica. Manguita em PVC elástico. Conector em polipropileno. Material translúcido, radiopaco e com marcações a cada 2 cm. Permite passagem de sonda de aspiração. Estéril, graduado, sem balão e em embalagem individual. Número 2,5. Deve constar registro no Ministério da Saúde. Sonda / Tubo Endotraqueal sem Balão 2,5 - Solidor. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 454407.								
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			3				
231	30360000000473	UNIDADE	--	--	--	3	0	3	--
	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3,5								
	Características Gerais: Sonda endotraqueal n.º 3,5; Cânula para entubação em PVC atóxico com curvatura anatômica. Manguita em PVC elástico. Conector em polipropileno. Material translúcido, radiopaco e com marcações a cada 2 cm. Permite passagem de sonda de aspiração. Estéril, graduado,								

TOTAL LICITADO: R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
	sem balão e em embalagem individual. Número 3,5. Deve constar registro no Ministério da Saúde. Sonda / Tubo Endotraqueal sem Balão 3,5 - Solidor. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 454407.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		3				
232	3036000000475	UNIDADE	--	--	--	15	0	15	--
	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4,5								
	Características Gerais: Sonda endotraqueal n.º 4,5; Cânula para entubação em PVC atóxico com curvatura anatômica. Manguita em PVC elástico. Conector em polipropileno. Material translúcido, radiopaco e com marcações a cada 2 cm. Permite passagem de sonda de aspiração. Estéril, graduado, sem balão e em embalagem individual. Número 4,5. Deve constar registro no Ministério da Saúde. Sonda / Tubo Endotraqueal sem Balão 4,5 - Solidor. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 454407.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		5				
	346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO		10				
233	3036000000479	UNIDADE	--	--	--	10	0	10	--
	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6,5								
	Características Gerais: Sonda endotraqueal n.º 6,5; Cânula para entubação em PVC atóxico com curvatura anatômica. Manguita em PVC elástico. Conector em polipropileno. Material translúcido, radiopaco e com marcações a cada 2 cm. Permite passagem de sonda de aspiração. Estéril, graduado, sem balão e em embalagem individual. Número 6,5. Deve constar registro no Ministério da Saúde. Sonda / Tubo Endotraqueal sem Balão 6,5 - Solidor. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 454401.								
	346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO		10				
234	3036000000472	UNIDADE	--	--	--	5	0	5	--
	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 3,0								
	Características Gerais: Sonda endotraqueal nº 3; Cânula para entubação em PVC atóxico com curvatura anatômica. Manguita em PVC elástico. Conector em polipropileno. Material translúcido, radiopaco e com marcações a cada 2 cm. Permite passagem de sonda de aspiração. Estéril, graduado, sem balão e em embalagem individual. Número 3,0. Deve constar registro no Ministério da Saúde. Sonda / Tubo Endotraqueal sem Balão 3,0 - Solidor. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 454407.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		5				
235	3036000000474	UNIDADE	--	--	--	5	0	5	--
	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 4,0								
	Características Gerais: Sonda endotraqueal nº 4; Cânula para entubação em PVC atóxico com curvatura anatômica. Manguita em PVC elástico. Conector em polipropileno. Material translúcido, radiopaco e com marcações a cada 2 cm. Permite passagem de sonda de aspiração. Estéril, graduado, sem balão e em embalagem individual. Número 4,0. Deve constar registro no Ministério da Saúde. Sonda / Tubo Endotraqueal sem Balão 4,0 - Solidor. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 454407.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		5				
236	3036000000476	UNIDADE	--	--	--	10	0	10	--
	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5,0								
	Características Gerais: Sonda endotraqueal; Cânula para entubação em PVC atóxico com curvatura anatômica. Manguita em PVC elástico. Conector em								

TOTAL LICITADO: R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
	polipropileno. Material translúcido, radiopaco e com marcações a cada 2 cm. Permite passagem de sonda de aspiração. Estéril, graduado, sem balão e em embalagem individual. Número 5,0. Deve constar registro no Ministério da Saúde. Sonda / Tubo Endotraqueal sem Balão 5,0 - Solidor. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 454407.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		10				
237	3036000000477		--	--	--	10	0	10	--
	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 5,5 Cânula para entubação em PVC atóxico com curvatura anatômica. Manguita em PVC elástico. Conector em polipropileno. Material translúcido, radiopaco e com marcações a cada 2 cm. Permite passagem de sonda de aspiração. Estéril, graduado, sem balão e em embalagem individual. Número 5,5. Deve constar registro no Ministério da Saúde. Sonda / Tubo Endotraqueal sem Balão 5,5 - Solidor. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 454407.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		10				
238	3036000000478	UNIDADE	--	--	--	5	0	5	--
	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 6,0 Características Gerais: Sonda endotraqueal nº6; Cânula para entubação em PVC atóxico com curvatura anatômica. Manguita em PVC elástico. Conector em polipropileno. Material translúcido, radiopaco e com marcações a cada 2 cm. Permite passagem de sonda de aspiração. Estéril, graduado, sem balão e em embalagem individual. Número 6,0. Deve constar registro no Ministério da Saúde. Sonda / Tubo Endotraqueal sem Balão 6,0 - Solidor. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 454401.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		5				
239	3036000000480	UNIDADE	--	--	--	10	0	10	--
	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 7,0 Características Gerais: Sonda endotraqueal nº7; Cânula para entubação em PVC atóxico com curvatura anatômica. Manguita em PVC elástico. Conector em polipropileno. Material translúcido, radiopaco e com marcações a cada 2 cm. Permite passagem de sonda de aspiração. Estéril, graduado, sem balão e em embalagem individual. Número 7,0. Deve constar registro no Ministério da Saúde. Sonda / Tubo Endotraqueal sem Balão 7,0 - Solidor. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 454391 .								
	346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO		10				
240	3036000000482	UNIDADE	--	--	--	10	0	10	--
	SONDA ENDOTRAQUEAL Nº 8,5 Características Gerais: Sonda endotraqueal nº 8,5; Cânula para entubação em PVC atóxico com curvatura anatômica. Manguita em PVC elástico. Conector em polipropileno. Material translúcido, radiopaco e com marcações a cada 2 cm. Permite passagem de sonda de aspiração. Estéril, graduado, sem balão e em embalagem individual. Número 8,5. Deve constar registro no Ministério da Saúde. Sonda / Tubo Endotraqueal sem Balão 8,5 - Solidor. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 334341.								
	346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO		10				
241	3036000000752	UNIDADE	--	--	--	5	0	5	--
	SONDA FOLEY - Nº 20 CARACTERÍSTICAS GERAIS: Sonda foley 2 vias siliconada; estéril; tamanho 20Fr; produzida com látex natural e silicone; embalada unitariamente em								

TOTAL LICITADO: R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
	papel grau cirúrgico esterilizada por radiação gama; indicada para coleta de urina; deve constar registro no ministério da saúde. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 464227.								
	60/2026	11010011	CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS		5				
242	3036000000483	UNIDADE	--	--	--	50	0	50	--
	SONDA FOLEY Nº 10								
	Características Gerais: Sonda Foley; Confecciona em 100% látex de borracha natural, atóxico não-pirogênico, descartável, maleável e com ponta atraumática. Tubo de luz dupla que permite o escoamento de urina por um canal e que o balão simétrico, fino e resistente e que seja insuflado pelo outro. Duas vias com balão com capacidade de 30 ml. Diâmetro aproximado de 3,3 mm. Embalagem individual estéril. Tamanho Fr 10. Deve constar registro no Ministério da Saúde. Similar ao modelo Sonda de Foley 2 Vias Nº 10 Solidor. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 436008.								
	346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO		50				
243	3036000000485	UNIDADE	--	--	--	20	0	20	--
	SONDA FOLEY Nº 18								
	Características Gerais: Confecciona em 100% látex de borracha natural, atóxico não-pirogênico, descartável, maleável e com ponta atraumática. Tubo de luz dupla que permite o escoamento de urina por um canal e que o balão simétrico, fino e resistente e que seja insuflado pelo outro. Duas vias com balão com capacidade de 30 ml. Diâmetro aproximado de 6,0 mm. Embalagem individual estéril. Tamanho Fr 18. Deve constar registro no Ministério da Saúde. Similar ao modelo Sonda de Foley 2 Vias Nº 18 Solidor. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 436837.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		20				
244	3036000000746	UNIDADE	--	--	--	20	0	20	--
	SONDA NASOGÁSTRICA - 10FR								
	CARACTERÍSTICAS GERAIS: Sonda nasogástrica de PVC atóxico flexível, atraumático e descartável; estéril e com calibre de 10Fr. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 438396.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		20				
245	3036000000745	UNIDADE	--	--	--	20	0	20	--
	SONDA NASOGÁSTRICA - 12FR								
	CARACTERÍSTICAS GERAIS: Sonda nasogástrica de PVC atóxico flexível, atraumático e descartável; estéril e com calibre de 12Fr. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 438397.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		20				
246	3036000000744	UNIDADE	--	--	--	20	0	20	--
	SONDA NASOGÁSTRICA - 14FR								
	CARACTERÍSTICAS GERAIS: Sonda nasogástrica de PVC atóxico flexível, atraumático e descartável; estéril e com calibre de 14Fr. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 438398.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		20				

TOTAL LICITADO: R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
247	3036000000596	UNIDADE	--	--	--	200	0	200	--
	SONDA URETRAL N.º 6								
	Características Gerais: Sonda uretral, material pvc atóxico siliconizado, tamanho nº 6, características adicionais embalagem individual, esterilidade descartável, estéril, apirogênica. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Sonda Uretral nº06. Marca Embramed. CATMAT: 436039.								
	346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO		200				
248	3036000000595	UNIDADE	--	--	--	210	0	210	--
	SONDA URETRAL N.º 10								
	Características Gerais: Sonda uretral, material pvc atóxico siliconizado, tamanho n.º 10, características adicionais maleável, transparente, atraumática, tipo uso descartável, esterilidade estéril, tipo embalagem individual. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Sonda Uretral Mark Med - nr 10. CATMAT: 436042.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		10				
	346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO		200				
249	3036000000046	UNIDADE	--	--	--	210	0	210	--
	SONDA URETRAL N.º 12								
	Características Gerais: Sonda uretral, material pvc atóxico siliconizado, tamanho n.º 12, características adicionais maleável, transparente, atraumática, tipo uso descartável, esterilidade estéril, tipo embalagem individual. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar à marca Embramed. CATMAT: 436231.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		10				
	346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO		200				
250	30360000000597	UNIDADE	--	--	--	250	0	250	--
	SONDA URETRAL Nº 14								
	Características Gerais: Sonda uretral, material pvc atóxico siliconizado, tamanho nº 14, características adicionais maleável, transparente, atraumática, tipo uso descartável, esterilidade estéril, tipo embalagem individual. Prazo de validade mínimo de 12 meses da data de entrega. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 435973.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		50				
	346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO		200				
251	30090000000054	FRASCO	--	--	--	92	0	92	--
	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 100 ML								
	Características Gerais: Soro fisiológico; cloreto de sódio 0,9%; Isento de PVC e látex; Solução fisiológica estéril e apirogênica; em sistema fechado. Frasco com 100 ml. Para uso parenteral e finalidades variadas; Com validade mínima de 24 meses a partir do recebimento do produto a partir da entrega. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 268236.								
	177/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		38				
	316/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS		54				
252	30090000000078	UNIDADE	--	--	--	32	0	32	--
								TOTAL LICITADO:	R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 250 ML									
Características Gerais: Soro fisiológico; cloreto de sódio 0,9%; Isento de PVC e látex; Solução fisiológica estéril e apirogênica; em sistema fechado. Frasco com 250 mL. Indicado para uso parenteral e finalidades variadas. Com validade mínima de 24 meses a partir do recebimento do produto a partir da entrega. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 268236.									
177/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			12				
316/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS			20				
253	30090000000049	UNIDADE	--	--	--	196	0	196	--
SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 500 ML									
Características Gerais: Soro fisiológico; Isento de PVC e látex; Solução fisiológica estéril em sistema fechado. Cada 100 mL contém 0,9g de cloreto de sódio e água para injetáveis; Frasco com 500 ml; Para uso parenteral e finalidades variadas; Com validade mínima de 24 meses a partir do recebimento do produto a partir da entrega. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 268236.									
61/2026	11010011	CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS			90				
177/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			76				
316/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS			30				
254	30090000000047	FRASCO	--	--	--	2	0	2	--
SORO GLICOSADO - 500ML									
Características Gerais: SORO GLICOSADO A 5%, FRASCO 500 ML. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 366913 .									
177/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			2				
255	303600000000602	UNIDADE	--	--	--	1	0	1	--
SUPORTE DE AVENTAL RX AÇO - 650 X 76,5 MM									
Características Gerais: Suporte de avental; Para armazenamento das vestimentas de proteção radiológica; Produzido em aço, pintado em epóxi com dimensões apropriadas para conservação dos aventais; Acompanha parafuso e bucha(Não recomendado usar em paredes de gesso); Medidas: 650 x 76,2 mm diâmetro - área útil; Suporta até 3 aventais. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 439845.									
324/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS			1				
256	300900000000055	FRASCO	--	--	--	6	0	6	--
SURFACTANTE PULMONAR (ALFAPORACTANTO) - 3 ML									
Características Gerais: Surfactante pulmonar de origem porcina chamado alfaporactanto (fração fosfolipídica de pulmão porcino) em frascos de 80 mg/ml da substância com excipientes: cloreto de sódio e água para injeção. Pode conter bicarbonato de sódio, utilizado para ajuste de ph, quando necessário; Frasco com 3 ml; Equivalente a 240mg de alfapo. CATMAT: 353398.									
177/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			6				
257	301000000000024	UNIDADE	--	--	--	2	0	2	--
TAMBOR DE GAZE / ALGODÃO 12X12									
Características Gerais: Tambor de gaze; Indicado para acomodar gaze limpa; Capacidade: 1350 ml; Material: Aço inoxidável; Tamanho: 12 x 12 cm.									
TOTAL LICITADO:								R\$ 0,00	

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
	CATMAT: 293862. 309/2026	110105		PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS	2				
258	303500000195	UNIDADE	--	--	--	16	0	16	--
	TESOURA CIRÚRGICA EM AÇO - 17 CM								
	Características Gerais: Tesoura cirúrgica; Ponta reta; Material: Aço inox; Comprimento: 17 cm. CATMAT: 473079.								
	179/2026	11010007		CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE	16				
259	3035000000969	UNIDADE	--	--	--	5	0	5	--
	TESOURA CIRÚRGICA FINA/FINA CURVA - 15 CM								
	Características Gerais: Tesoura cirúrgica fina/fina-curva; Tamanho:15 cm; Material: Aço Inoxidável AISI-410; Garantia contra defeito de fabricação: 10 anos. CATMAT: 471726.								
	179/2026	11010007		CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE	5				
260	30360000000696	UNIDADE	--	--	--	4	0	4	--
	TESOURA DE IRIS CURVA - 8 CM								
	Características gerais: Tesoura Íris Fina Curva; Comprimento 8 cm; Com ponta curva convencional de uso cirúrgico profissional; Material: confeccionada em aço inoxidável AISI-420; Embalada de forma individual em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Fabricada de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT, CE. Deve constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 345974.								
	178/2026	11010007		CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE	4				
261	30360000000525	UNIDADE	--	--	--	3	0	3	--
	TESOURA IRIS FINA CURVA - 11,5 CM								
	Características Gerais: Tesoura Íris fina curva; comprimento 11,5cm; com ponta curva convencional de uso cirúrgico profissional; Material: confeccionada em aço inoxidável AISI-420. Embalada de forma individual em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Fabricada de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT, CE. Deve constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar à marca Golgran. CATMAT: 406946.								
	324/2026	110105		PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS	3				
262	30100000000039	UNIDADE	--	--	--	11	0	11	--
	TESOURA IRIS RETA (11,5 CM)								
	Características Gerais: Tesoura Íris reta; Material: Aço inox; Tamanho: 11,5 cm; Utilizada em procedimentos cirúrgicos em geral para cortar fios cirúrgicos, tecidos moles, etc. CATMAT: 471571.								
	174/2026	11010007		CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE	7				
	309/2026	110105		PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS	4				
263	303600000000695	UNIDADE	--	--	--	4	0	4	--
								TOTAL LICITADO:	R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
Requisição	Unidade Unidade Gestora								
TESOURA IRIS RETA - 8 CM									
Características gerais: Tesoura Íris Reta; Material: confeccionada em aço inox; Tamanho: 8 cm; Utilizada em procedimentos cirúrgicos em geral para cortar fios cirúrgicos, tecidos moles, etc. Embalada de forma individual em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Fabricada de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT, CE. Deve constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. CATMAT: 471564.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			4				
264 3036000000526	UNIDADE	--	--	--	10	0	10	--	--
TESOURA MAYO CURVA - 15 CM									
Características Gerais: Tesoura Mayo 15 cm; com ponta curva utilizada para procedimentos cirúrgicos para desbridar e cortar tecidos mais densos, como fáscia e músculos. Material: confeccionada em aço inoxidável AISI-420. Embalada de forma individual em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Fabricada de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT, CE. Deve constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Tesoura Mayo Stille ABC 15 cm Curva. CATMAT: 471481.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			10				
265 3036000000528	UNIDADE	--	--	--	11	0	11	--	--
TESOURA MAYO RETA - 15 CM									
Características Gerais: Tesoura Mayo com ponta reta 15 cm; com ponta reta utilizada para procedimentos cirúrgicos para desbridar e cortar tecidos mais densos, como fáscia e músculos. Material: confeccionada em aço inoxidável AISI-420. Embalada de forma individual em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Fabricada de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT, CE. Deve constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Tesoura Mayo Stille Reta com 15 cm da marca ABC Instrumentos. CATMAT: 471502.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			11				
266 3036000000531	UNIDADE	--	--	--	10	0	10	--	--
TESOURA METZEMBAUM CURVA 18 CM									
Características Gerais: Tesoura Metzembraum com ponta curva - 18 cm; Utilizada para procedimentos cirúrgicos para aparar tecidos sem seccionar e cortar suturas. Fabricado em aço inoxidável AISI-420. Embalado de forma individual em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Fabricado de acordo com padrões internacionais de qualidade normas da ABNT. Deve constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA. Garantia mínima de 10 anos a contar a partir da data da entrega. Similar ao modelo Tesoura Metzembraum ABC 18 cm Curva. CATMAT: 471554.									
178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE			10				
267 3036000000532	UNIDADE	--	--	--	2	0	2	--	--
TESOURA METZEMBAUM RETA - 14 CM									
Características Gerais: Tesoura Metzembraum com ponta reta 14 cm; Utilizada para procedimentos cirúrgicos para aparar tecidos sem seccionar e cortar suturas. Material: confeccionada em aço inoxidável AISI-420. Embalada de forma individual em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Fabricada de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT, CE. Deve constar registro									

TOTAL LICITADO: R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO

Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
	e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar à marca Golgran. CATMAT: 471519.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		2				
268	303500000194	UNIDADE	--	--	--	2	0	2	--
	TESOURA PARA IRIS OU GENGIVA - 12CM								
	Características Gerais: Tesoura para íris ou gengiva; Ponta reta; Composição: em aço inox; Tamanho mínimo de 12 cm; Para uso cirúrgico em geral, corta tecido, bandagem e retira pontos. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade; Garantia: 10 anos. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT; CATMAT: 471723.								
	179/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		2				
269	3036000000712	UNIDADE	--	--	--	10	0	10	--
	TESOURA SPENCER - 9 CM								
	Características Gerais: Tesoura Spencer 9 cm; Para retirar pontos; Material: confeccionada em aço inoxidável AISI-420; Tamanho: 9 cm. Embalada de forma individual em embalagem plástica, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Fabricada de acordo com padrões internacionais de qualidade, normas da ABNT, CE. Deve constar registro e certificado no Ministério da Saúde e ANVISA. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Tesoura Spencer com 9 cm da marca ABC Instrumentos. CATMAT: 468074.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		10				
270	3035000000982	FRASCO	--	--	--	5	0	5	--
	TIRA PARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE - FRASCO COM 50 TIRAS - 2,0 MICROLITROS								
	Características Gerais: Tira para determinação de glicose no sangue; Único parâmetro; Volume da amostra: 2,0 µl; Frascos com tampa lacrada contendo 50 tiras; Compatível com o aparelho Accu-Chek Active. CATMAT: 339565.								
	179/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		2				
	322/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS		3				
271	3036000000573	CAIXA 50 UN.	--	--	--	8	0	8	--
	TIRA REAGENTE PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - 0,9 MICROLITROS								
	Características Gerais: Tira Reagente para medição de glicemia capilar compatível com aparelho medidor de glicose G-Tech Free 1; Volume da amostra: 0,9 µl; Tira reagente para teste de glicemia capilar; Confeccionada em plástico; Com área reativa para determinação quantitativa de glicose no sangue. Apresentação: caixa com 50 unidades. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar ao modelo Tiras Reagentes para Medição De Glicose Caixa 50 Unid da marca G-Tech. CATMAT: 339565.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		5				
	324/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS		3				
272	303600000158	CAIXA 100 UN.	--	--	--	14	0	14	--
	TIRA REATIVA PARA URIANÁLISE								
	Características Gerais: Tira reativa para urianálise. Apresentação: caixa com 100 unidades. A validade do produto deverá ser de no mínimo 80% na								

TOTAL LICITADO: R\$ 0,00

LISTA DOS ITENS DO PROCESSO									
Item	Especificação do Item	Unid.	Marca	Proposta	Quant. Int.	Quant. Ext.	Quant. Total	Valor Unit.	Total
	Requisição	Unidade Gestora							
	data da entrega de acordo com a orientação do fabricante. Similar à marca Cral. CATMAT: 339560.								
	60/2026	11010011	CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS		4				
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		10				
273	3036000000649	CAIXA	--	--	--	10	0	10	--
	TORNEIRA DE 3 VIAS LUER-LOCK								
	Características Gerais: Torneira de 3 vias Luer-lock; Fabricada em polycarbonato. Estéril. Atóxica e apirogênica. Conecta e controla o direcionamento de fluxo de soluções de 3 linhas distintas. Corpo transparente. Manípulo gira 360° e serve de oclutor e o direcionar de fluxo. Descartável e de uso único. Caixa com 50 unidades. O item deverá ser entregue com validade mínima de 80% a partir da data de entrega. CATMAT: 459711								
	346/2026	1101001122	HOSPITAL VETERINÁRIO		10				
274	303500000461	PACOTE	--	--	--	42	0	42	--
	TOUCA DESCARTÁVEL BRANCA COM ELÁSTICO								
	Características Gerais: Touca descartável com elástico; Material: tecido 100% polipropileno; Hipoalergênica; Permeável ao ar; Média elasticidade; Fabricado mediante costura ultra-sônica; Tamanho único, ajustável a qualquer tamanho de cabeça; Unissex; Cor branca. Apresentação: Pacote contendo 100 toucas. CATMAT: 332930.								
	179/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		12				
	322/2026	110105	PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS		30				
275	3036000000771	UNIDADE	--	--	--	8	0	8	--
	TRAVESSEIRO CLÍNICO IMPERMEÁVEL								
	CARACTERÍSTICAS GERAIS: Travesseiro clínico; Enchimento 100% poliéster de fibra siliconada, capa com base 100% pvc e capa interna 100% poliéster. Revestimento em poliuretano sintético; Dimensões: 70 cm x 50 cm x 16 cm; Estrutura ergonômica; Densidade da espuma: d33; Peso máximo suportado: 140 kg. Similar ao travesseiro clínico impermeável - perfetto. CATMAT: 607597.								
	178/2026	11010007	CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE		8				
TOTAL LICITADO:									R\$ 0,00
SIPAC Superintendência de Tecnologia da Informação e Comunicação - (84) 3317-8210 Copyright © 2005-2026 - UFRN - sigs-prd-sipac.sipac01									